

SAS_Z3_2025_PA_002 // MATERIAL SANITARIO IMPLANTES DIVERSOS
ANEXO II: INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN PREVIA

Lote	Pos.	Material	Descripción	Proveedor	Referencia	Pasa / NO	Calid ad	Manej o	Comp atibili dad	Coment. Técnica
2	3	59460	IMPLANTE ESCLERAL DOBLE DRENAJE GLAUCOMA	AJL OPHTHALMIC, S.A.	VCLIP	SI	29	15	5	Diseño adecuado para la cirugía de glaucoma. Calidad excelente.
3	4	90000471	STENT VASC.AUTOEXP. INS.C/L 5-24; 20-120	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANEXO	SI	29	15	5	Medidas necesarias, cumple criterios de manejabilidad y excelente calidad del material.
3	4	90000471	STENT VASC.AUTOEXP. INS.C/L 5-24; 20-120	CARDIVA 2 S.L.	SPN BC35N XXX XXX XXX	NO	0	0	0	No disponen de todas las medidas necesarias, los diámetros van de 6 a 14mm., que es un rango inferior al solicitado
3	4	90000471	STENT VASC.AUTOEXP. INS.C/L 5-24; 20-120	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	VER ANEXO	NO	0	0	0	No disponen de todas las medidas necesarias, los diámetros van de 6 a 14mm., que es un rango inferior al solicitado
4	5	90002612	STENT NITINOL CAROTEIDEO AUTOEX. R/C	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	XR0X0XXXX	NO	10	5	1	No reúne las características necesarias, es un material obsoleto, inadecuado para la actividad quirúrgica actual en la Unidad
4	5	90002612	STENT NITINOL CAROTEIDEO AUTOEX. R/C	BOSTON_SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANEXO	NO	0	0	0	No reúne las características necesarias, es un material obsoleto, inadecuado para la actividad quirúrgica actual en la Unidad
4	5	90002612	STENT NITINOL CAROTEIDEO AUTOEX. R/C	CARDIVA 2 S.L.	CRXXXXX	NO	0	0	0	El licitador no envía la información técnica solicitada para poder realizar una valoración razonable
4	5	90002612	STENT NITINOL CAROTEIDEO AUTOEX. R/C	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.	VER ANEXO	NO	0	0	0	El licitador no envía la información técnica solicitada para poder realizar una valoración razonable
4	5	90002612	STENT NITINOL CAROTEIDEO AUTOEX. R/C	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITA	ZSTSXXXXX1 4135R	SI	29	15	5	Dispositivo de excelente calidad, correcto manejo. Navegabilidad 10-10.
4	5	90002612	STENT NITINOL CAROTEIDEO AUTOEX. R/C	TERUMO EUROPE ESPAÑA S.L.	RDS-XXXX-143RX	NO	0	0	0	El licitador no envía la información técnica solicitada para poder realizar una valoración razonable

6	7	27396 P/CERR.80	SET LUMBO-PERITONEAL PROG.CAT	MEDTRONIC IBERICA S.A.	444430 SI	20	15	5	Buena calidad y diseño correcto de punta y válvulas.
7	8	59576 ENDOSC.	STENT BILIAR REABSORB. A MEDIDA	DIMESAN QUIRURGICA SL	EL019-IU-XX- XXX-DV-E SI	25	10	5	Buena navegabilidad y perfecto diseño.

Supervisora recursos materiales

Fdo.: Isabel Baselga Soriano