

PN 217/2024 "Suministro Campímetro para la Consulta Oftalmología del Centro de Especialidades de Elda, Padre Manjón, respetuoso con el medio ambiente, Dpto. Salud Elda."	
LICITADOR	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A
MARCA	ZEISS
MODELO	HUMPREY HFA3 860
Ø Exploración del campo visual con sistema de proyección:	CUMPLE
o Campo temporal hasta 90°	CUMPLE
o Distancia entre ojo y estímulo 30 cm	CUMPLE
o Iluminación de fondo de 31,5 ASB	CUMPLE
o Color del fondo blanco o amarillo	CUMPLE
Ø Estímulos luminosos:	CUMPLE
o Duración del estímulo 200 ms	CUMPLE
o Tamaños de estímulos I-V según Goldman	CUMPLE
o Intensidad luminosa variable	CUMPLE
o Color del estímulo blanco, rojo y azul	CUMPLE
Ø Objetivos de fijación:	CUMPLE
o central	CUMPLE
o inferior	CUMPLE
o con descentramiento	CUMPLE
Ø Tipos de pruebas:	CUMPLE
o Blanco/Blanco	CUMPLE
o Azul/Amarillo	CUMPLE
o Binocular	CUMPLE
o Cinéticas	CUMPLE
Ø Control de fijación:	CUMPLE
o Mancha ciega, Heijl-Krakau	CUMPLE
o Videomonitor ocular	CUMPLE
o Seguimiento de cabeza, mirada y vertex	CUMPLE
Ø Pruebas de umbral que incluyan:	CUMPLE
o Análisis cuantitativo mediante medición del umbral en cada punto de la prueba, incluido el umbral foveal, con utilización de diferentes estrategias rápidas compatibles entre sí en el estudio de progresión, con velocidad adaptativa a la capacidad de respuesta del paciente. Debe incluir tests de campo central de 30, 24 y 10 grados, de mácula, de escalón nasal y de campo superior de 60 grados, así como un test que combine puntos del test de 24 grados con puntos del test de 10 grados. Medición automática de la pupila.	CUMPLE
Ø Pruebas de supraumbral que incluyan:	CUMPLE
o Modo de corrección de edad o modo relacionado con el umbral y estrategias de detección en dos zonas, tres zonas o cuantificación de defectos. Debe incluir tests: de campo central de 40, 64,76 y 80 puntos; Armaly central, de campo visual completo y escalón nasal; periférico de 60 puntos; campo visual completo de 81,120,135 y 246 puntos; campo visual superior de 36 y 64 puntos; y pruebas de Esterman (monocular y binocular).	CUMPLE
Ø Informes que incluyan:	CUMPLE
o En una misma hoja índices de fiabilidad, mapa de escala de grises, numérico y de probabilidad, prueba de hemisferio de glaucoma, índice de campo visual, desviación media, desviación total y desviación con eliminación de defectos del campo visual producidos por cataratas o defectos refractivos no corregidos	CUMPLE
o Resumen de todos los campos	CUMPLE
o En una misma hoja análisis de progresión del glaucoma con inclusión de valores basales, con escala de grises, gráfica de progresión por índices globales (análisis de tendencia) y gráfica de evolución por puntos (análisis de eventos).	CUMPLE
o Generación automática del informe de progresión en una sola hoja con gráfica de tendencia basada en índices porcentuales de campo visual por visita, gráficos de basales y del pronóstico visual en los próximos cinco años.	CUMPLE
Ø Conexión y comunicación automáticas con OCT y retinógrafo generando automáticamente informes combinados estructura-función rigurosamente fiables.	CUMPLE
Ø Sistema de seguimiento de la fijación de la mirada con registro de desviaciones de ésta y de cierre de párpados. Este registro debe ser visible durante la captura y en el informe.	CUMPLE
Ø Registro fotográfico del ojo en el momento de la presentación del estímulo.	CUMPLE
Ø Corrección automática de la refracción sin necesidad de intercalar lentes de pruebas hasta +/-8 dioptrías.	CUMPLE
Ø Compatibilidad total de datos nativos con las campimetrías ya existentes en el servicio incluidas la integración de las nuevas pruebas con las antiguas en los análisis automáticos y manuales de progresión.	CUMPLE
Ø Conexiones USB.	CUMPLE
Ø Impresora láser color y teclado de ordenador.	CUMPLE
Ø Ordenador y monitor táctil integrados en el campímetro.	CUMPLE
Ø Mesa asimétrica eléctrica apta para el uso con silla de ruedas.	CUMPLE
OBSERVACIONES: La oferta presentada cumple con todos los requisitos mínimos exigidos en el PPT.	
<p>En Elda, a 16 de agosto de 2024 La jefa del Servicio de Oftalmología del Departamento de Salud de Elda</p> 	