

NOTA ACLARATORIA

8/08/2023

EXPEDIENTE NÚMERO: @ 2023/006285 (6102TO23SUM00044)

TÍTULO: “Adquisición, instalación, puesta en marcha y mantenimiento todo incluido de 18 salas de radiología convencional con destino a diversos centros de atención primaria del Servicio de Salud de Castilla – La Mancha”.

El mismo día 4 de agosto de 2023 se subió a de PLACE un documento definitivo de encuesta técnica y hemos detectado discrepancia entre la misma y el PPT:

Se trata de una errata en la encuesta técnica y donde dice:

“El equipo estará dotado de tres detectores digitales de Ioduro de Cesio que permitan la adquisición de imágenes digitales de radiología general.”

Debe decir:

“El equipo estará dotado de dos detectores digitales de Ioduro de Cesio que permitan la adquisición de imágenes digitales de radiología general.”