

EXPEDIENTE N° 2020/LIC/0008: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, IMPLANTES QUIRÚRGICOS E INSTRUMENTAL QUE PRECISA EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA DE EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276”.

Mediante el presente documento se procede a la publicación de las consultas y respuesta/modificaciones realizadas para esta licitación, a efectos del conocimiento de todas las empresas interesadas en participar en la misma:

1.- En cuanto a las características del cótilo, se indica en el anexo A que el cótilo sea cónico. Suponemos que se refiere a que el interior del cótilo sea cónico puesto que la siguiente característica solicita compatibilidad con insertos cerámicos pero al existir también en el mercado cótilos con geometría exterior cónica, necesitamos que nos aclaráis este punto.

Respuesta: En referencia a las características del cótilo descrito en el Anexo A, cótilo cónico se refiere a su interior.

2.- En cuanto a que los insertos sean de poliéster, tal como indicáis en el anexo A, entendemos que se trata de un error y que en ese caso debería rectificarse en el pliego.

Respuesta: En referencia a los insertos descritos en el Anexo A les confirmamos que efectivamente se ha producido un error por lo que debe entenderse que donde decía de “poliéster” debe decir de “polietileno”.

Se informa a los participantes en la licitación que estas aclaraciones no amplían el plazo de presentación de ofertas previsto en el Anuncio de Licitación

En Sant Cugat del Vallés, a 9 de octubre de 2020.