

## Informe correspondiente al expediente 2019/001249

Analizada la documentación presentada por las empresas licitadoras al Lote 4 Equipos de rehabilitación, se ha llegado a las conclusiones que se exponen en el presente informe.

### 1. Lote 4 Equipos de rehabilitación

Se ha evaluado tres licitadores, HELIOS, PRIM Y SANRO, que cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, obteniendo las puntuaciones que se muestran en la siguiente tabla.

Criterio	Puntos máx.	HELIOS	PRIM	SANRO
		Puntos	Puntos	Puntos
Calidad de los materiales y de los revestimientos de las superficies. Robustez del conjunto y de sus accesorios	15	14	15	10
Diseño, ergonomía y confort para profesionales y usuarios, rendimientos y prestaciones de funcionamiento	10	9	10	8
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>18</b>

Se ha valorado con 15 puntos a PRIM en cuanto a calidad de los materiales y los revestimientos, así como la robustez del conjunto y de sus accesorios; con 14 puntos a HELIOS y con 10 puntos a SANRO. La calidad y robustez ofertada por SANRO es ajustada, se observa una gran diferencia con los productos ofertados por HELIOS y con PRIM. Más concretamente, esta diferencia se encuentra en artículos como:

- EL EQUIPO DE ONDA CORTA, Y EL BAÑO DE PARAFINA.
- EL EQUIPO DE ONDA CORTA DE SANRRO NO ES MUY ERGONÓMICO Y MAS DIFÍCIL DE USAR, FALTA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.
- EL BAÑO DE PARAFINA DE SANRO NO DISPONE DE CARRO .

Se ha valorado con 10 puntos a PRIM, en cuanto a la ergonomía y diseño de materiales, confortabilidad ,rendimiento y prestaciones.En segundo lugar se valora a Helios , con 9 puntos ,muy cerca de PRIM y en tercer lugar Sanro, ya que algunos equipos tienen falta de renovacion tecnológica equipos no actualizados.

\*Valoración 25 puntos el lote de PRIM.

\*Valoración 23 puntos el lote de HELIOS.

\*Valoración 18 puntos el lote de SANRO.

A CONTINUACIÓN LA TABLA DE VALORACIÓN POR EQUIPOS Y EMPRESAS.

EQUIPO	PUNTUACIÓN				PRODC. MEDICO
	HELIOS	PRIM	SANRO	MARCADO C.E	
LAMPARA DE INFRARROJOS	4	5	4	SI	SI
BAÑO DE PARAFINA	5	5	3	SI	SI
ONDA CORTA	5	5	3	SI	SI
ELECTROESTIMULADOR	4	5	3	SI	SI
ULTRASONIDOS	5	4	3	SI	SI
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>16</b>		

SE RECONOCE COMO PUESTO **Nº 1** LA EMPRESA LICITADORA **GRUPO PRIM.**

HELLIN , 9 DE MAYO DE 2019

EL JEFE DE EQUIPO DE ELECTROMEDICINA

FDO. MANUEL ABELLÁN MARTÍNEZ

