

CORRECCION DE ERRORES MATERIALES EN LOS PLIEGOS DEL EXPEDIENTE 2020007547 (PA 043/2018/3003) SUMINISTRO DE TUBOS DE VACÍO Y CONTENEDORES DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS, CON DESTINO AL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN

Se han advertido diversos errores y/o inexactitudes en los Pliegos que rigen la contratación del expediente referenciado.

En virtud de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación, en el ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

La rectificación por error material del Pliego de Prescripciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente (PA 043/2018/3003) *Suministro de tubos para extracción de sangre por vacío y tubos de vacío y contenedores para recogida de orina para el Complejo Asistencial Universitario de León:*

Pliego de Prescripciones Técnicas:

Dónde dice:

2.- ARTÍCULOS A LICITAR

LOTE nº 1			Cantidad/año
Art.	Codigo		UN
3	2846	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva, de 13x100 mm. y vacío entre 4-5 mL. Con EDTA K2 ó K3 y sin gel separador de plasma	252.122
4	2842	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rojo, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con activador de la coagulación con gel separador	44.865
5	3666	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul, de 13x75 mm. y vacío entre 2- 2,7 mL. Con citrato sódico con línea de llenado mínimo al 3,2%	173.845
8	14140	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad morado o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2	900
9	49348	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2	16.120
10	49349	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3- 4 mL. Con EDTA K2	13.820



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA

11	46204	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Con EDTA K2	500
12	1228	Tubo extracción sangre por vacío, de plástico, estéril con tapón de seguridad azul de 13x75mm. y vacío de 1.8mL. con citrato sódico al 3,8% con línea indicadora de llenado mínimo.	1.600

LOTE nº 2			Cantidad/año
Art.	Código		UN
1	2735	Tubo para recogida de orina por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad beige y fondo redondo, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Sin aditivos	96.447

Debe decir:

2.- ARTÍCULOS A LICITAR

LOTE nº 1			Cantidad/año
Art.	Código		UN
3	2846	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva, de 13x75 mm. y vacío entre 4-5 mL. Con EDTA K2 ó K3 y sin gel separador de plasma.	252.122
4	2842	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad marrón o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con activador de la coagulación con gel separador	44.865
5	3666	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 2- 2,7 mL. Con citrato sódico con línea de llenado mínimo al 3,8%	173.845
8	14140	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad morado o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2 o K3	900
9	49348	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 2-3 mL. Con EDTA K2 o K3	16.120



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA

10	49349	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3- 4 mL. Con EDTA K2 o K3	13.820
11	46204	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva o similar, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Con EDTA K2 o K3	500
12	1228	Tubo extracción sangre por vacío, de plástico, estéril con tapón de seguridad azul transparente o similar de 13x75mm. y vacío de 1.8mL. con citrato sódico al 3,8% con línea indicadora de llenado mínimo.	1.600

LOTE nº 2			Cantidad/año
Art.	Código		UN
1	2735	Tubo para recogida de orina por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad beige o similar y fondo redondo, de 16x100 mm. y vacío entre 9-11mL . Sin aditivos	96.447

Donde dice:

3.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Lote 1.

9. Certificado de duración de vacío de los tubos no inferior a 170 días.

.....
Los artículos lotes suministrados tendrán un margen suficiente de caducidad, de al menos un año desde la fecha de entrega al hospital,

Debe decir:

3.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Lote 1.

9. Certificado de duración de vacío de los tubos no inferior a 170 días, excepto tubos que lleven citrato sódico que no excederá de 170 días.

.....
Los artículos lotes suministrados tendrán un margen suficiente de caducidad, de al menos un año desde la fecha de entrega al hospital, excepto los tubos que lleven citrato sódico para los que se aceptará una caducidad menor.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Cláusula 5.3 Objeto del Contrato del Cuadro de Características del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares

Donde dice:

Lote nº 1		
Art.	DENOMINACIÓN	consumo estimado anual
3	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva, de 13x100 mm. y vacío entre 4-5 mL. Con EDTA K2 ó K3 y sin gel separador de plasma	252.122
4	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rojo, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con activador de la coagulación con gel separador	44.865
5	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul, de 13x75 mm. y vacío entre 2- 2,7 mL. Con citrato sódico con línea de llenado mínimo al 3,2%	173.845
8	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad morado o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2	900
9	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2	16.120
10	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3- 4 mL. Con EDTA K2	13.820
11	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Con EDTA K2	500
12	Tubo extracción sangre por vacío, de plástico, estéril con tapón de seguridad azul de 13x75mm. y vacío 1.8mL. con citrato sódico al 3,8% con línea indicadora de llenado mínimo.	1.600
Lote nº 2		
Art.	DENOMINACIÓN	consumo estimado anual
1	Tubo para recogida de orina por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad beige y fondo redondo, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Sin aditivos	96.447



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA



Debe decir:

LOTE nº 1			Cantidad/año
Art.	Código		UN
3	2846	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva, de 13x75 mm. y vacío entre 4-5 mL. Con EDTA K2 ó K3 y sin gel separador de plasma.	252.122
4	2842	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad marrón o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con activador de la coagulación con gel separador	44.865
5	3666	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 2- 2,7 mL. Con citrato sódico con línea de llenado mínimo al 3,8%	173.845
8	14140	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad morado o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2 o K3	900
9	49348	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 2-3 mL. Con EDTA K2 o K3	16.120
10	49349	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3- 4 mL. Con EDTA K2 o K3	13.820
11	46204	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva o similar, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Con EDTA K2 o K3	500
12	1228	Tubo extracción sangre por vacío, de plástico, estéril con tapón de seguridad azul transparente o similar de 13x75mm. y vacío de 1.8mL. con citrato sódico al 3,8% con línea indicadora de llenado mínimo.	1.600

LOTE nº 2			Cantidad/año
Art.	Código		UN
1	2735	Tubo para recogida de orina por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad beige o similar y fondo redondo, de 16x100 mm. y vacío entre 9-11mL. Sin aditivos	96.447



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA

Cláusula 12.2 Determinación del Precio del Cuadro de Características del Pliego
Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares

Donde dice:

LOTE 1	TUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO					
Art.	DENOMINACIÓN	consumo o estimad o anual	Precio unitari o sin iva	Iva	Precio unitari o con IVA	Aplicación Presupuestaria
3	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva, de 13x75 mm. y vacío entre 4-5 mL. Con EDTA K2 ó K3 y sin gel separador de plasma.	252.122	0,1000	0,0210	0,1210	G/312A02/22117/3
4	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rojo, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con activador de la coagulación con gel separador	44.865	0,1550	0,0326	0,1876	G/312A02/22117/3
5	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul, de 13x75 mm. y vacío entre 2- 2,7 mL. Con citrato sódico con línea de llenado mínimo al 3,2%	173.845	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
8	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad morado o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2	900	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
9	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2	16.120	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
10	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3- 4 mL. Con EDTA K2	13.820	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
11	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Con EDTA K2	500	0,1000	0,0210	0,1210	G/312A02/22117/3
12	Tubo extracción sangre por vacío, de plástico, estéril con tapón de seguridad azul de 13x75mm. y vacío de 1.8mL. con citrato sódico al 3,8% con línea indicadora de llenado mínimo.	1.600	0,1035	0,0217	0,1252	G/312A02/22117/3



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA

LOTE 2 TUBOS Y CONTENEDORES DE ORINA POR VACIO						
Art.	DENOMINACIÓN	consumo estimado o anual	Precio unitario sin iva	IVA	Precio unitario con IVA	Aplicación Presupuestaria
1	Tubo para recogida de orina por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad beige y fondo redondo, de 16x100 mm. y vacío entre 9- 10 mL. Sin aditivos	96.447	0,10	0,021	0,1210	G/312A02/22117/3

Debe decir:

LOTE 1 TUBOS EXTRACCION SANGRE POR VACIO						
Art.	DENOMINACIÓN	consumo estimado o anual	Precio unitario sin iva	Iva	Precio unitario con IVA	Aplicación Presupuestaria
3	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad malva, de 13x75 mm. y vacío entre 4-5 mL. Con EDTA K2 ó K3 y sin gel separador de plasma	252.122	0,1000	0,0210	0,1210	G/312A02/22117/3
4	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad marrón o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con activador de la coagulación con gel separador	44.865	0,1550	0,0326	0,1876	G/312A02/22117/3
5	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 2- 2,7 mL. Con citrato sódico con línea de llenado mínimo al 3,8%	173.845	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
8	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad morado o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3-4 mL. Con EDTA K2 o K3	900	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
9	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad azul o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 2-3 mL. Con EDTA K2 o K3	16.120	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
10	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad rosa o similar, de 13x75 mm. y vacío entre 3- 4 mL. Con EDTA K2 o K3	13.820	0,1200	0,0252	0,1452	G/312A02/22117/3
11	Tubo extracción de sangre por vacío, de plástico, estéril, con tapón de	500	0,1000	0,0210	0,1210	G/312A02/22117/3



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA

	seguridad malva o similar, de 16x100 mm. y vacío entre 9-10 mL. Con EDTA K2 o K3					
12	Tubo extracción sangre por vacío, de plástico, estéril con tapón de seguridad azul transparente o similar de 13x75mm. y vacío de 1.8mL. con citrato sódico al 3,8% con línea indicadora de llenado mínimo..	1.600	0,1035	0,0217	0,1252	G/312A02/22117/3
LOTE 2	TUBOS Y CONTENEDORES DE ORINA POR VACIO					
Art.	DENOMINACIÓN	consumo o estimado o anual	Precio unitario o sin iva	IVA	Precio unitario o con IVA	Aplicación Presupuestaria
1	Tubo para recogida de orina por vacío, de plástico, estéril, con tapón de seguridad beige o similar y fondo redondo, de 16x100 mm. y vacío entre 9-11mL. Sin aditivos	96.447	0,10	0,021	0,1210	G/312A02/22117/3

En el PCAP, Cláusula 16.1.2 Criterios evaluables mediante formulas del Cuadro de Características del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares

Donde dice:

Certificación duración del vacío en los tubos	Hasta 10 puntos
Superior a 200 días: 10 puntos Entre 180 y 200 días: 6 puntos Inferior a 180 días: 2 puntos	

Debe decir:

LOTE	CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA	
1	Certificación duración del vacío en los tubos Artículos 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13: Superior a 200 días: 10 puntos Entre 180 y 200 días: 6 puntos Inferior a 180 días: 2 puntos Artículos 5 y 12 Superior a 200 días: 2 puntos Entre 180 y 200 días: 6 puntos Inferior a 180 días: 10 puntos	Hasta 10 puntos

FORMA DE VALORACION:

Se asignará a cada artículo los puntos en función del criterio.

La cifra obtenida se multiplicará por el peso de cada artículo en el total del lote y posteriormente se realizará la suma de los puntos ponderados obtenidos por artículo.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA



$$PC = \sum_1^{13} Pdv * \frac{N^{\circ} \text{ de tubos por artículo}}{N^{\circ} \text{ total de tubos por lote}}$$

Cláusula 19. 3 Lugar y plazo de entrega de los productos del Cuadro de Características del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares

Donde dice:

Plazo de caducidad: Los lotes suministrados tendrán un margen suficiente de caducidad, de al menos un año desde la fecha de entrega en el hospital.

Debe decir:

Los artículos lotes suministrados tendrán un margen suficiente de caducidad, de al menos un año desde la fecha de entrega al hospital, excepto los tubos que lleven citrato sódico para los que se aceptará una caducidad menor, debido al deterioro del citrato con el paso del tiempo.

En atención al carácter de las correcciones propuestas se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el **día 7 de septiembre de 2018**.

El Director Económico Presupuestario y Financiero
P.D. (Resolución de 28 de septiembre de 2015 "BOCYL 7/10/2015")
El Director Gerente del Complejo Asistencial Universitario de León



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Localizador: 41524348495641F130AD478721087D79 - Fecha Copia: 16/08/2018 14:49:13

Firmado por:

DIRECTORA MEDICAË:

Fecha Firma: 2018-08-16 14:38:23, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ AMPUDIA