

## COMUNICACIÓN DE EXCLUSIÓN

Muy Sres. Nuestros:

En relación con la licitación para la **Contratación del suministro de reactivos químicos y la cesión de equipos para la realización de diferentes técnicas analíticas en el laboratorio clínico de los Hospitales de Majadahonda y Sevilla de FREMAP, Mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 61.**, con número de expediente **LICT/99/139/2023/0029** les informamos que, tras el análisis de su proposición, la misma ha quedado excluida del proceso de valoración de ofertas, por los motivos que se detallan a continuación:

**LOTE 3: Contratación del suministro de reactivos y cesión de 1 equipo igual para cada laboratorio para la realización de test en orina para los Servicios de Laboratorio de Majadahonda y Sevilla.**

LICITADOR	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
SYSMEX ESPAÑA, S.L.	El licitador no cumple uno de los requisitos mínimos establecidos en el Pliego Técnico, ya que se solicita la instalación de 1 equipo semiautomático igual para cada Laboratorio, para lectura fotométrica para tiras de orina de 11 parámetros: densidad, pH, leucocitos, hematías, nitritos, glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, color; y tras pedirle una aclaración nos indica que el color, uno de los parámetros, se debe introducir de forma manual, cuando se solicita como requisito mínimo que se introduzcan de forma semiautomática.

Contra el presente acto de exclusión, en aquellos supuestos en los que la normativa de contratación pública así lo prevea, cabe recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Contra aquellos actos que no sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, cabe impugnar en vía administrativa ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Agradeciendo su participación en la presente licitación, reciban un cordial saludo.

Majadahonda a **22 de diciembre de 2023**.

