



# Anuncio de licitación

Número de Expediente **HSLL243/2024**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-06-2024 a las 13:47 horas.



**Suministro de 6 ecógrafos de acceso vascular para las unidades de urgencias de adultos, extracciones, unidad de acceso vascular y urgencias de pediatría del Hospital Universitario Son Llàtzer y hospitalización del Hospital Joan March**

## Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

→ Valor estimado del contrato 70.247,92 EUR.

→ Importe 84.999,99 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 70.247,92 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

→ Tipo de Contrato Suministros

→ Subtipo Adquisición

→ Contrato Mixto No

→ Lugar de ejecución ES53 Illes Balears Palma

→ Clasificación CPV

→ 33124100 - Aparatos para diagnóstico.

## Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Características del procedimiento Procedimiento abierto

→ Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español

→ Detalle de la Licitación:

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=T3ugevKtclfECtSnloz%2BZQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=T3ugevKtclfECtSnloz%2BZQ%3D%3D)

## Entidad Adjudicadora

→ Servicio de Salud de las Illes Balears

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 7 - Salud

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ibsalut.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ C/ Reina Esclaramunda

→ (07003) Palma España

→ ES53

### Contacto

→ Teléfono +034 971175600

→ Correo Electrónico

departamentocontratacion@ibsalut.es

## Proveedor de Pliegos

→ Servicio de Salud de las Illes Balears

## Proveedor de Información adicional

→ Servicio de Salud de las Illes Balears - Hospital Universitario Son Llàtzer

## Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 21/06/2024 a las 11:00

## Dirección Postal

→ Carretera de Manacor km. 4  
→ (07198) Palma España

## Contacto

→ Teléfono +034 871202006  
→ Correo Electrónico contratacion@hsl.es

## Recepción de Ofertas

→ Servicio de Salud de las Illes Balears

## Dirección Postal

→ Carretera de Manacor km. 4  
→ (07198) Palma España

## Contacto

→ Teléfono +034 871202006  
→ Correo Electrónico contratacion@hsl.es

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 25/06/2024 a las 11:00

## Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

## Dirección Postal

→ Carretera de Manacor km. 4  
→ (07198) Palma España

## Contacto

→ Teléfono +034 871202006  
→ Correo Electrónico contratacion@hsl.es

**Objeto del Contrato: Suministro de 6 ecógrafos de acceso vascular para las unidades de urgencias de adultos, extracciones, unidad de acceso vascular y urgencias de pediatría del Hospital Universitario Son Llàtzer y hospitalización del Hospital Joan March**

→ Descripción del procedimiento

Suministro de 6 ecógrafos de acceso vascular para las unidades de urgencias de adultos, extracciones, unidad de acceso vascular y urgencias de pediatría del Hospital Universitario Son Llàtzer y hospitalización del Hospital Joan March

→ Valor estimado del contrato 70.247,92 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 84.999,99 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 70.247,92 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 33124100 - Aparatos para diagnóstico.

→ Plazo de Ejecución

→ 60 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Illes Balears

→ Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

→ Carretera de Manacor km. 4

→ (07198) Palma España

Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : Sí

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

→ Se utilizará el pago electrónico : Sí

→ Condiciones especiales de ejecución de Contrato

→ Consideraciones de tipo medioambiental - El proveedor recogerá y reciclará todo el embalaje que traiga el producto

Contratación estratégica

Contratación estratégica

→ Ninguno

Contratación verde

→ Otros

Contratación social

→ Otros

Contratación pública de soluciones innovadoras

→ Otros

Condiciones de Licitación

→ Se utilizará pedido electrónico

→ Se utilizará el pago electrónico

→ No aplica la Directiva de Vehículos Limpios

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

## Plazo de constitución

→ 2 Año(s)

## Requisitos de participación de los licitadores

### Motivos de exclusión

→ Acuerdo con los acreedores - Acuerdo con los acreedores

### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Trabajos realizados - Para participar en la licitación la empresa tiene que aportar la declaración responsable relativa a la relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza realizadas en el curso de los tres últimos años

Umbral: 70247 Periodo: 3 AÑOS

### Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Cifra anual de negocio - Para participar en la licitación la empresa tiene que presentar una declaración responsable en la cual se indique el volumen anual de negocio de los tres últimos ejercicios Umbral: 70247 Periodo: 3 AÑOS

## Preparación de oferta

→ Sobre Sobre 1

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa

## Preparación de oferta

→ Sobre Sobre 3 LOTE 1

→ Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

## Preparación de oferta

→ Sobre Sobre 3 LOTE 2

→ Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

## Preparación de oferta

→ Sobre Sobre 3 LOTE 3

→ Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

## Preparación de oferta

→ Sobre Sobre 2 LOTE 1

→ Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

## Preparación de oferta

→ Sobre Sobre 2 LOTE 2

→ Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

## Preparación de oferta

→ Sobre Sobre 2 LOTE 3

→ Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ LOTE 1 Ampliación de garantía

- ↳ Subtipo Criterio : Otros
- ↳ Ponderación : 9
- ↳ Cantidad Mínima : 0
- ↳ Cantidad Máxima : 9
- ↳ LOTE 1 Ampliación del mantenimiento preventivo y correctivo
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 6
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 6
- ↳ LOTE 1 Oferta económica
  - ↳ Subtipo Criterio : Precio
  - ↳ Ponderación : 40
  - ↳ Expresión de evaluación : 40\*oferta más económica/ oferta a valorar
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 40
- ↳ LOTE 2 Ampliación de garantía
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 9
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 9
- ↳ LOTE 2 Ampliación del mantenimiento preventivo y correctivo
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 6
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 6
- ↳ LOTE 2 Oferta económica
  - ↳ Subtipo Criterio : Precio
  - ↳ Ponderación : 40
  - ↳ Expresión de evaluación : 40\*oferta más económica/ oferta a valorar
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 40
- ↳ LOTE 3 Ampliación de garantía
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 9
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 9
- ↳ LOTE 3 Ampliación del mantenimiento preventivo y correctivo
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 6
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 6
- ↳ LOTE 3 Oferta económica
  - ↳ Subtipo Criterio : Precio
  - ↳ Ponderación : 40
  - ↳ Expresión de evaluación : 40\*oferta más económica/ oferta a valorar
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 40

#### Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- ↳ LOTE 1 Batería recargable con una autonomía igual o superior a 8 horas
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 1 Cambio de transductor sencillo, con toques pantalla
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 1 Capacidad de rotación de pantalla

- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 4
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 4
- LOTE 1 Configuración vascular
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 1 Doppler color y pulsado
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 1 Pantalla táctil controlada con el pulgar
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 1 Resistente a caídas
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 1 Sonda convex con un ancho de banda de 2 a 5 Mhz aproximadamente
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 1 Soportes para los transductores
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 1 Tecnología de perfil de aguja inclinada. Profundidad de hasta 30 cm
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 5
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 5
- LOTE 1 Transductores inalámbricos
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 2 Batería recargable con una autonomía igual o superior a 8 horas
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 2 Cambio de transductor sencillo, con toques pantalla
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 2 Capacidad de rotación de pantalla
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 2 Configuración vascular

- ↳ Subtipo Criterio : Otros
- ↳ Ponderación : 4
- ↳ Cantidad Mínima : 0
- ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 2 Doppler color y pulsado
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 2 Pantalla táctil controlada con el pulgar
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 2 Resistente a caídas
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 2 Sonda convex con un ancho de banda de 2 a 5 Mhz aprox
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 2 Soportes para los transductores
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 2 Tecnología de perfil de aguja inclinada. Profundidad de hasta 30 cm
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 5
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 5
- ↳ LOTE 2 Transductores inalámbricos
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 3 Batería recargable con una autonomía igual o superior a 8 horas
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 3 Cambio de transductor sencillo, con toques pantalla
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 3 Capacidad de rotación de pantalla
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 3 Configuración vascular
  - ↳ Subtipo Criterio : Otros
  - ↳ Ponderación : 4
  - ↳ Cantidad Mínima : 0
  - ↳ Cantidad Máxima : 4
- ↳ LOTE 3 Doppler color y pulsado

- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 4
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 4
- LOTE 3 Pantalla táctil controlada con el pulgar
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 3 Resistente a caídas
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 3 Sonda convex con un ancho de banda de 2 a 5 Mhz aprox
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 3 Soportes para los transductores
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4
- LOTE 3 Tecnología de perfil de aguja inclinada. Profundidad de hasta 30 cm
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 5
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 5
- LOTE 3 Transductores inalámbricos
  - Subtipo Criterio : Otros
  - Ponderación : 4
  - Cantidad Mínima : 0
  - Cantidad Máxima : 4

## Plazo de Validez de la Oferta

→ 6 Mes(es)

## Presentación de recursos

### Presentación de recursos

→ **JUNTA CONSULTIVA ILLES BALEARS**

### Dirección Postal

→ Sant Pere, 7  
→ (07012) Palma España

→ Se aceptará factura electrónica

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

## Proceso de Licitación

### Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



