

2023/149

Detectado error material en el pliego de prescripciones técnicas que rige el *Acuerdo Marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos portátiles de radiología para varias Comunidades Autónomas, centros del INGESA y organismos de la Administración del Estado*, en relación con las "Especificaciones de las características técnicas de los lotes y sus elementos" apartados 3.3.1 y 3.3.2 del PPT, especificación técnica mínima punto 4 del apartado "Generador", procede su subsanación.

Así, **donde dice:**

**"1. Generador:**

(...)

04 Tiempo de exposición mínimo no inferior a 4 ms."

**Debe decir:**

**"1. Generador:**

(...)

04 Tiempo de exposición mínimo menor o igual a 4 ms."

Con motivo de esta corrección, se procede a ampliar el plazo de presentación de ofertas conforme a lo recogido en el artículo 136 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, hasta el día 5 de abril a las 23:59 horas.

Para que así conste y a los efectos oportunos, se firma la presente adenda, en Madrid, en la fecha de la firma,

La Directora

Belén Hernando Galán