

Concello de Ortigueira

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA O SUBMINISTRO DE CAMAS ARTICULADAS E GRÚAS DE TRASLADO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE ORTIGUEIRA

1.- OBXECTO E FINALIDADE DO CONTRATO

O obxecto do presente contrato é o subministro de dez camas articuladas con bandas e con colchón viuelástico, e dez grúas de traslado para o departamento de servizos sociais do Concello de Ortigueira para cesión de uso ás persoas que precisen este material asistencial cando carezan de medios económicos suficientes para asegurar a cobertura deste equipamento técnico asistencial e requiran axuda parcial ou completa en actividades básicas como deambulación e mobilización.

A subministración dos produtos deberá levarse a cabo nos termos e condicións establecidos no presente Prego e no Prego de Cláusulas Administrativas polas que se rexera a licitación

2.- NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO

Será obrigación do adxudicatario o cumprimento, ademais dos pregos de características técnicas e do prego de cláusulas administrativas, a lexislación vixente que afecta aos produtos obxecto da licitación, adoptando a súa vez, as medidas necesarias para respectar a legalidade no caso de promulgarse nova normativa, polo que deba constar no momento momento no que se realice o subministrar a declaración conforme do fabricante que acredite o cumprimento das normas técnicas de aplicación obrigada, marcado CE e certificado de conformidade correspondente,

Conforme ao indicado no paragrafo anterior a continuación indicase a normativa e lexislación aplicable:

UNE – ISO 21801-1:2021-CTN Produtos de apoio para persoas con discapacidade e demais normativa vixente

As camas articuladas deben cumprir cun estándar de seguridade IEC 60601-2-52

Grúas eléctricas homologadas a nivel europea.

En todo caso, as subministracións que se van a adquirir na presente licitación deberán cumprir o estipulado nos regulamentos vixentes en materia de prevención, industria, e seguridade e saúde das instalacións. Esta clasificación normativa non ten carácter restritivo, debendo observarse na execución do contrato calquera outro tipo de regulamento, norma ou instrución oficial (de carácter estatal, autonómico ou municipal) que, aínda que non se mencione explicitamente neste documento poida afectar ao obxecto do contrato, así como as posibles modificacións legais que poidan afectar ás normas de aplicación

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As especificacións técnicas mínimas que deben cumprir cada un dos elementos do contrato recóllense no Anexo I do presente prego.

As calidades dos produtos fornecidos só poderán ser melloradas.

A baixa ofertada polo licitador non xustificará calidades inferiores ás estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

As características técnicas particulares do material ofertado incluírán todos aqueles elementos e accesorios que poidan ser necesarios para un correcto funcionamento.



Concello de Ortigueira

O licitador deberá incluír as fichas técnicas dos produtos para poder comprobar que cumpren con ditas características técnicas

4.-PRAZO E LUGAR DE ENTREGA

O adxudicatario está obrigado á entrega do material no prazo 30 días naturais, contados dende a notificación da resolución de adxudicación do contrato

O subministro entregarase no municipio de Ortigueira (Coruña) no lugar/local que indique o responsable do contrato, para o seu almacenamento previo a cesión das persoas usuarias do equipamento

O transporte do subministro e demais gastos derivados da súa entrega ata o lugar de almacenamento será a cargo de adxudicatario, polo que se entenderá incluído no prezo a adquisición do equipamento, gastos de embalaxe, transporte e de seguros, no seu caso

5.- PRAZO DE GARANTÍA:

O prazo de garantía dos produtos incluídos todos os seus compoñentes e accesorios será mínimo de dous anos contados a partir da sinatura da acta de recepción formal da subministración

A garantía incluírá a substitución do material en caso de vicios ou defectos importantes respecto a os materiais ou de funcionamento e dará dereito á substitución do produto e/ou á súa reparación e cubrirá todos os gastos asociados: transporte, man de obra e pezas de reposto. En caso de substitución, realizarase no prazo máximo dunha semana e se iso non fose posible pola tipoloxía do produto proporcionarase outro de características similares ata a súa definitiva substitución.

O prazo de garantía poderá ser superior a este mínimo establecido, cando así se estableza polo fabricante do produto ou no seu caso sexa ofertado polo licitador

A venda de accesorios e recambios estará dispoñible como mínimo por un período de 5 anos.

O servizo técnico dos elementos haberá de ter o seu domicilio en España

6.-ORZAMENTO

O orzamento base de licitación do subministro é o seguinte

| Artigo | Prezo | IVE | Prezo total/Ud | Udes | Importe total IVE INCLUIDO |
|--|----------|--------|----------------|------|----------------------------|
| Cama articulada, con barandas e colchón violastico | 1.239,67 | 260,33 | 1.500 | 10 | 15.000 |
| Grúa de traslado | 909,09 | 90,91 | 1.000 | 10 | 10.000 |
| TOTAL SUBMINISTRACIÓN IVE INCLUIDO | | | | | 25.000 |

O importe do prezo de licitación do contrato formulase a vista dos prezos medios vixentes no mercado para este tipo de equipamento

7.-VALORACION DE OFERTAS

Os criterios pasra a valoración de ofertas estableceranse no correspondente prego de cláusulas administrativas

ANEXO I.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS

CAMA ARTICULADA CON CABECEIRO, PECEIRO VARANDAS E COLCHON VIOELASTICO





Concello de Ortigueira



DATOS TECNICOS:

DESCRION

| | |
|--|--|
| Lonxitude | 2250 mm máximo |
| Anchura | 1050mm. Maximo |
| Altura (sin poste de elevación) | 840-1250 mm |
| Altura con poste de elevación | 1675-2080 mm |
| Axustable de altura de superficie da cama pos. 1 | Sin colchon Min. 335 mm; Max. 745 mm. |
| Axustable d altura da superficie da cama, pos. 2 | Sin colchon Min 400 mm, Max 810 mm. |
| Axuste á sección de respaldo | 70° |
| Maximo ángulo no muslo | 31,7° |
| Maximo ángulo na parte inferior da perna | -14.8° |
| Carga max. Segura | 200 Kg. |
| Barra de levantamento | Carga nominal 80 kgq |
| Colchón | Mín. RG 35, grosor 120 mm, 2000 x 900 mm, máx. 20 kg |
| Espazo libre para o elevador do paciente | 160 mm |
| Rodas de dirección (4 unidades) | Luna Basic 2: Ø 100 mm, se pueden bloque |



Concello de Ortigueira

| | |
|-------------------------------|--|
| Parte dianteira do motor | LA273100-A01405040, Linak |
| Motor da sección do respaldo | LA270022-00, Linak |
| Motor da sección das patas | LA270022-00, Linak |
| Auricular | HBW074-072, Linak |
| Transformador | CB6404+10019, Linak |
| Tensión nominal transformador | U entrada: 230 V~, ± 10%, 50 Hz, corrente más. 1.5 A, voltaje de salida: 24V , máx. 70 VA |
| Período de acendido | 10%, máx. 6 min/hora |

GRÚA DE TRASLADO ELÉCTRICA HOMOLOGADA A NIVEL EUROPEO



DATOS TÉCNICOS:

| | |
|---|-----------------|
| Posición máis baixa | 728 mm |
| Altura máxima | 1740 mm |
| Rango de elevación (altura alcanzada) | 1012 mm |
| Lonxitude do brazo | 1000 mm |
| Lonxitude total | 1115 mm |
| Distancia mínima do brazo | 463 mm |
| Altura das patas/ altura do chasis | 111,5 mm |
| Anchura total (cerrado) dimensions exteriores | 550 mm |
| Anchura total (aberto) rodas dianteiras | 1035 mm. |
| Radio de xiro | 1160 mm. |
| Peso total | 37 Kg. |
| Peso do chasis + motor | 17 Kg. |
| Peso pluma/percha de seguridade | 20 Kg |
| Carga máxima | 150 Kg |
| Saída de tensión | 24V máx. 250 VA |





Concello de Ortigueira

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tensión de alimentación | 24V máx. 5,3 VA |
| Panel de control | SI |
| Control manual | SI |
| Motor | SI |
| Parada de emerxencia | SI |
| Rendemento | Aprox. 40 elevacións por carga |

As medidas serán tomadas como aproximadas, sempre e cando se demostre que non afecta á funcionalidade do artigo solicitado

Para a definición do equipamento pode darse o caso, de que maneira excepcional, se utilizase referencias dunha marca, dita mención é puramente orientadora, sin que exclúa ou impida formular proposición con outros artigos de similares características.

O Tecnico municipal
Documento asinado dixitalmente

