

MEMORIA DE NECESIDAD PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL FUNGIBLE Y EQUIPAMIENTO DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE GASOMETRÍAS

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato es el suministro de reactivos, material y dotación de equipamiento necesario para la realización de gasometrías en la unidad de críticos y en el bloque quirúrgico del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Actualmente en los mencionados servicios se vienen realizando gasometrías si bien dicho suministro no es objeto de expediente de contratación por lo que resulta necesaria y preceptiva su tramitación.

La contratación deberá incluir:

- Suministro de reactivos.
- Cesión de los equipos y tecnología necesarios.
- Conexión e integración técnica y funcional con los sistemas de información del hospital de todos los equipos cedidos.

EQUIPOS A SUMINISTRAR Y ACTIVIDAD ESTIMADA

El licitador proveerá **dos equipos iguales** con mínimo mantenimiento y manipulación por el usuario:

- Conexiones individuales al sistema informático.
- Que informen pH, pCO₂, pO₂, sO₂, ctHb, FO₂Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, cK⁺, cNa⁺, cCa⁺⁺, cCl, cGlucosa, cLactato, Hct, (gasometría, cooximetría, glucosa, iones y láctico)
- Disponibilidad de cartuchos de reactivo de distinto número de muestras para optimizar el consumo y evitar desperdicio de reactivo.
- Que pueda utilizarse jeringas, capilares y tubos de ensayo sin adaptador.
- Sistemas compactos que no requieran cambio de gases.
- Reactivos y controles de calidad incluidos en un único cartucho.
- Lector de código de barras incorporado.
- Detección y eliminación automática de coágulos.

La empresa adjudicataria deberá proporcionar toda la documentación relativa a la instrumentación y equipos. También los procedimientos normalizados de trabajo en formato electrónico.

	Determinaciones anuales	Precio prueba sin iva	euros/año
GASOMETRIA e IONES	4.280	3,60	15.408,00

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO CUANTIFICABLES - ENCUESTA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ,40 PUNTOS

Número	Criterio	Puntos
1	Menor tiempo para el resultado	10
2	Menor cantidad de muestra requerida	5
3	Remanente de test que puedan ser utilizados en el otro analizador	5
5	Control de calidad automático	2,5
6	Programación del QC personalizable	2,5
7	Detección y corrección de fallos automática	2,5
8	Bloqueo automático de parámetros con fallos de control	2,5
9	Dispositivo que permita la posibilidad de homogeneización de la muestra, integrado en el propio equipo	2,5
10	Sistema de control remoto que permita manejar y realizar a distancia las funciones o acciones que se puedan ejecutar desde la propia pantalla del analizador	2,5
11	Reactivos y sensores de medida con presentación diferenciada no integrada que permita su sustitución en el equipo de forma independiente.	2,5
12	Cámara de medida independiente del cartucho de reactivos.	2,5

PRECIO, 60 PUNTOS

5.-JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO


Los precios de la licitación son los que actualmente tiene el Consorcio en el expediente 11/18, no obstante, en algunos casos que así se ha estimado procedente, se han contrastado estos con los precios de mercado y allí donde se han encontrado precios más económicos, se han contemplado estos últimos.

6. DURACIÓN

La duración del contrato será de 2 años, con posibilidad de prórroga, anualmente, por un máximo de dos años más.

Castellón, 23 de junio de 2021

EL DIRECTOR MÉDICO



EL DIRECTOR MÉDICO
Juan José Sánchez Canel