

**INFORME DE SOLVENCIA**

SUMINISTRO DE MASCARILLAS Y CANULAS NAALES CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

CS/05/1122034331/22/PA

**LOTE 4: MASCARILLAS OXÍGENO ALTA CONCENTRACION**

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
<p>IZASA HOSPITAL, S.L.U.</p>	<p>EN PPT SE SOLICITA:  <b>“CON VÁLVULAS REMOVIBLES ANTIREINHALACIÓN DE SEGURIDAD, DOS A LOS LADOS DE LA MASCARILLA Y UNA A LA ENTRADA DE LA BOLSA”</b>            SOLICITADAS MUESTRAS Y PROBADAS EN UCI DE ADULTOS Y HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA DICHAS VÁLVULAS NO LLEVAN SEGURIDAD YA QUE SE CAEN , POR LO QUE LOS PACIENTES NO RECIBEN LA CANTIDAD DE OXIGENO PRESCRITA</p> <p><b>CRITERIOS PUNTUADOS QUE NO CUMPLEN:</b></p> <p>1.1 MASCARILLAS CON REBORDE SILICONADO: 5 PUNTOS            SE VALORARÁ CON 5 PUNTOS A LA EMPRESA QUE PRESENTE SUS MASCARILLAS DE OXÍGENO CON REBORDE SILICONADO. <b>NO CUMPLE</b></p> <p>1.5 MASCARILLAS LIBRES DE PVC: 5 PUNTOS            SE VALORARÁ CON 5 PUNTOS A LA EMPRESA QUE PRESENTE SUS MASCARILLAS DE OXÍGENO LIBRES DE PVC.<b>EN SU FICHA TÉCNICA DESCRIBE</b> FABRICADA EN PVC SUAVE, TRANSPARENTE E INODORO. DISEÑO MUY ANATÓMICO. CON CINTA DE SUJECCIÓN A LA CABEZA Y TUBO DE OXÍGENO DE 2,1M. <b>NO CUMPLE</b></p>	<p><b>INCUMPLE PPT</b></p>

En Cáceres, a 18 de Octubre de 2022.

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

**INFORME DE SOLVENCIA**

SUMINISTRO DE MASCARILLAS Y CANULAS NAALES CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE  
CÁCERES.

CS/05/1122034331/22/PA

**LOTE 7: KIT DE NEBULIZACIÓN**

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
AMEBIL, S.L.	<p><b>EN PPT SE SOLICITA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- “ <b>CON AJUSTE NASAL</b>” EN FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA NO DISPONE DE ELLA- SE SOLICITA MUESTRA Y NO ENVÍAN LA MASCARILLA POR NO DISPONER DE ELLA</li> <li>2- “<b>CON GOMA ELÁSTICA PARA AJUSTE Y FIJACIÓN A LA CARA, CON TOPES PARA EVITAR QUE SE SUELTE LA GOMA</b>” EN MUESTRA ENVIADA NO DISPONE DE TOPES</li> <li>3- “<b>DISEÑO ANATÓMICO</b>” SU DISEÑO NO PERMITE UNA BUENA ADAPTACIÓN A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE (PROBADA EN PACIENTE PEDIÁTRICO)</li> <li>4- “<b>CONECTORES SEGÚN NORMA BS 711-1: 1994</b>” NO HACEN REFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE DICHA NORMATIVA</li> </ol> <p><b>CRITERIOS AUTOMÁTICOS QUE NO DEBEN PUNTUARSE:</b></p> <p>1.1 SE VALORARÁ CON 5 PUNTOS A LA EMPRESA QUE PRESENTE SUS MASCARILLAS DE OXÍGENO CON REBORDE SILICONADO. <b>NO CUMPLE NO LLEVA REBORDE SILICONADO</b></p> <p>1.2 SE VALORARÁ CON 5 PUNTOS A LA EMPRESA QUE PRESENTE SUS MASCARILLAS CON DOBLE AJUSTE EN BARBILLA. <b>NO CUMPLE , NO LLEVA REBORDE SILICONADO</b></p>	<b>INCUMPLE PPT</b>

En Cáceres, a 18 de Octubre de 2022.

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos

**INFORME DE SOLVENCIA**

SUMINISTRO DE MASCARILLAS Y CANULAS NAALES CON DESTINO AL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES.

CS/05/1122034331/22/PA

**LOTE 8: CÁMARAS ESPACIADORAS PARA INHALACIÓN**

EMPRESA	OBSERVACIONES FICHA TÉCNICA	CUMPLE / INCUMPLE PPT
KEYLAB MEDICAL SL	SIN OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA Y A LAS MUESTRAS SOLICITADAS	CUMPLE PPT

En Cáceres, a 18 de Octubre de 2022.

LA SUPERVISORA DE RRMM DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

Fdo. Antonia Sánchez Santos