



EXPEDIENTE Nº UGR/2020/0040

“ADQUISICIÓN DE ULTRACENTRÍFUGA PREPARATIVA PARA PERMITIR CENTRIFUGACIÓN DE ORGANISMOS PATÓGENOS O OMG EN LA INSTALACIÓN P3 PARA EL LABORATORIO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”

VALORACIÓN DE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

1. OFERTAS:

Calservice Heratec, S.L.

Se valora el incremento de las siguientes especificaciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de prescripciones técnicas de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Sistema de automatización de los rotores.

La centrifuga ofertada presenta un Sistema de automatización de Rotores tal y como se requería, al objeto de maximizar la seguridad y vida media de los rotores

Puntuación de este apartado (máximo 5%): 4.5

2) Incremento de la capacidad del rotor de ángulo fijo para ser capaz de centrifugar un volumen igual o superior a 320 ml con una mejor fuerza centrífuga (g) y el factor k más bajo para garantizar una separación más eficaz de los componentes de la muestra durante el proceso de centrifugación.

Igualmente oferta un sistema sin reductores que permite el uso de rotores con grandes volúmenes que garantiza la separación eficaz lo que impide la mezcla de los componentes en suspensión

Puntuación este apartado (máximo 10%): 10

3) Capacidad para la centrifugación en tubos inferiores a 2 ml.

La centrifuga ofertada y los rotores incluye en todos los casos rotores metálicos uno de ellos adaptado a la centrifugación de tubos de pequeño volumen

Puntuación este apartado (máximo 10%): 10

PUNTUACIÓN TOTAL: 24.50

LA MESA DE LA CONTRATACIÓN



Código de verificación : a219853360a6d516