



Exp. núm.: 2024/4323

Tipus de contracte: Contracte de subministrament

Procediment: Obert simplificat

Assumpte: Contracte subministrament, muntatge i instal·lació de 15 llits articulats elèctrics, baranes i matalassos

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE 11 LLITS ARTICULATS ELÈCTRICS AMB CARRO ELEVADOR I BARANES + 11 MATALASSOS PEL TRACTAMENT D'ÚLCERES I 10 MATALASSOS ANTIESCARES AMB MOTOR INCLÓS, PER A LA RESIDÈNCIA POSADA DELS OLORS D'ARTÀ

1. Objecte

El present plec té per objecte fixar les condicions tècniques que regiran la contractació del subministrament i muntatge, de 11 LLITS ARTICULATS ELECTRICS AMB CARRO ELEVADOR I BARANES + 11 MATALASSOS PEL TRACTAMENT D'ÚLCERES i 10 MATALASSOS ANTIESCARES AMB MOTOR INCLÓS per a la Residència municipal "Posada dels Olor", ubicada al carrer Pou Nou 13, 07570, Artà.

Aquesta residència és de gestió municipal.

2. Característiques tècniques

Tots els components han de ser nous i han de complir una sèrie d'especificacions tècniques o equivalents les quals es detallen a continuació:

LOT 1: 11 LLITS ARTICULATS ELÈCTRICS AMB CARRO ELEVADOR I BARANES + 11 MATALASSOS PEL TRACTAMENT D'ÚLCERES

<u>Característiques tècniques dels 11 llits articulats elèctrics amb carro elevador</u>	<ul style="list-style-type: none">• Mesures generals dels llits 90x190 cm.• Ha de tenir carro d'elevació, amb el sistema de tises.• L'altura de pujada del carro d'elevació ha de ser de 30 a 80 cm aproximadament, sense matalàs.• L'estructura ha de ser d'acer o similar.• Somier amb làmines recolzades sobre tacons de cautxú o plàstic, amb regulació lumbar i reforç de doble làmina en la part lumbar.• Angles d'articulació màxims aproximats:<ul style="list-style-type: none">○ tronc 70 graus,○ anques 43 graus○ cames 12 graus• Somier independent del carro elevador.
---	---

Pl. de l'Ajuntament, 1
07570 Artà (Illes Balears)

Tel. 971 829 595
Fax 971 829 552

www.arta.cat
ajuntament@arta.cat

NIF P0700600J

Signatura 1 de 1
Noemi Rodriguez da Silva
01/10/2024 TÈC. RESIDÈNCIA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	5636d26c133c4c82bfa678cd15aeb69f001
Url de validació	https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	<ul style="list-style-type: none">• El llit ha de tenir 4 rodes, dues amb fre independent.• Capçalera i peus en melanina amb colors similars a la fusta, amb els cantons arrodonits, amb ancoratge al somier.• Motor amb funcionament a baixa tensió i baixada d'emergència.• Comandament a distància per cable per el maneig de totes les funcions.• Suport o ancoratge per incorporar el comandament a distància i porta degoter.• Arquet subjecte-matalassos (<i>Arquillo sujeta colchón</i>).• Altura lliure de 13 cm en la part inferior per facilitar l'accés a les grues.• Pes màxim de l'usuari recomanat 200 kg.• Muntatge realitzat sense rebló (<i>remache</i>), amb caragolam (<i>tornilleria</i>) per a facilitar el manteniment.•
<u>Característiques tècniques dels 11 matalassos pel tractament d'úlceres</u>	<ul style="list-style-type: none">• Matalàs que té per funció la prevenció i tractament fins la categoria 2 de úlceres per pressió, de 14 cm de gruixa.• Han de tenir funda impermeable, ignífuga i termoregulable i transpirable amb cremallera.• Mesures adequades pel llit anteriorment descrit.• Pes màxim recomanat de l'usuari 200 kg.
<u>Característiques tècniques de les baranes</u>	<ul style="list-style-type: none">• Els llits hauran d'incloure baranes en tubs de ferro adaptables als llits amb bastidors d'ancoratge (aprox. 3 barres).

LOT 2: 10 Matalassos antiescares amb motor inclòs

<u>Descripció tècnica dels matalassos antiescares amb motor inclòs</u>	<ul style="list-style-type: none">• Matalassos antiescares per a prevenció d'úlceres de grau II i grau III• Mesures adequades pel llit anteriorment descrit.• Pes màxim recomanat de l'usuari 200 kg.
--	---

3. Compliment normativa vigent i documentació

El subministrament ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i ha d'estar homologat per a l'ús requerit, per això, d'adjudicatari ha de presentar la fitxa tècnica i còpia dels certificats CE dels diferents productes.



Es requereix, a més, que hi hagi placa identificativa de fabricació del xassís i el motor corresponent on s'inclou entre altres: dates, marca, model, numero de ref/sèrie i any de fabricació.

4. Termini de subministrament

El material descrit a l'apartat segon d'aquests plec haurà de ser lliurat en un màxim de 3 mesos a partir de la formalització del contracte, llevat de causa degudament justificada i comunicada amb antelació suficient per l'adjudicatari.

5. Garantia

S'ha de presentar la garantia tant elèctrica com mecànica del producte, que no podrà ser inferior als 2 anys de garantia, o aquells que s'hagin acordat d'acord a les millores previstes en el PCAP. Durant aquest temps també s'haurà d'incloure els manteniments preventius anuals dels motors i les actuacions correctives que siguin necessàries, incloent-hi el material, peces, transport, mà d'obra, desplaçament i dietes. Així, les despeses derivades en aquest període correran a càrrec de l'adjudicatari.

A més, s'haurà de garantir per part de l'empresa les reposicions i reparacions necessàries durant mínim dos anys, excepte si el deteriorament o la ruptura es produeix com a conseqüència d'un ús inadequat.

6. Forma i lloc de subministrament

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar els subministraments objecte d'aquest contracte a la Residència municipal "Posada dels Olor", ubicada al carrer Pou Nou 13, 07570, Artà. No obstant això, és necessari que l'empresa es posi en contacte prèviament al subministrament del material amb la directora de la Residència per concretar els aspectes logístics del lliurament i muntatge, així com el desmuntatge dels llits vells, que haurà de ser abans de la instal·lació dels nous.

A més, l'empresa s'ha de comprometre a realitzar les explicacions i formacions necessàries al personal de la residència, per esclarir qualsevol dubte de la instal·lació que pugui sorgir. També haurà de lliure els manuals d'operació de l'equip i d'ús.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari realitzar les oportunes reclamacions a la companyia de transport si el material lliurat presenta:

- Danys en el material
- Retard en els temps de lliurament.
- Manipulacions de la seva mercaderia.
- Deterioració total de la mercaderia.



AJUNTAMENT d'ARTÀ

Igualment correrà amb totes les despeses quan el material servit no es lliuri en condicions establertes en aquest plec.

Artà, a la data de signatura electrònica.

La directora de la Residència

Noemí Rodríguez Da Silva