



**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE Y LA DIRECTORA ECONÓMICA DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DEL EXPTE P.A. 1263/2024 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ELECTROESTIMULADOR TRANSCRANEAL, UN EQUIPO EEG PARA NEUROFISIOLOGIA Y UN DETECTOR DE RADIACION GAMA PARA EL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN.**

**ANTECEDENTES DE HECHO**

A la vista de los errores detectados en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Anexo I del citado expediente.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”.

En uso de las facultades establecidas vigentes estatutos del Consorcio y el acuerdo de delegación de competencias en materia personal, contratación administrativa y gestión económica, RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, del director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, (DOGV 9107 de 15 de junio de 2021) y teniendo en cuenta, asimismo, la Resolución de 22 de abril de 2013, del director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, (DOCV 7098 de 28 de agosto de 2013) y el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón de fecha 31 de mayo de 2021.

**RESUELVO**

1.-Efectuar una rectificación en el pliego de prescripciones técnicas en los siguientes términos:

Donde dice:

“El equipo deberá contar con las siguientes especificaciones mínimas:

.....

Bobina y refrigeración

• Bobina de mariposa con disparador manual integrado y sistema de refrigeración líquido dinámico que permita la estimulación a altas intensidades durante periodos prolongados con las siguientes características:





- Vida mínima de la bobina sin necesidad de revisiones de mantenimiento durante 5 años o 27 millones de pulsos.
  - >20.000 estimulaciones antes de calentamiento a temperatura ambiente de 20 ° C: Potencia media del 75% en 1pps.
  - Indicador led integrado en bobina para conocer el estado de activación/desactivación de disparo.
  - Ancho de pulso activo de 290  $\mu$ s.
- Bobina de doble cono con disparador manual integrado y sistema de refrigeración líquido dinámico que permita la estimulación a altas intensidades durante periodos prolongados con las siguientes características:
  - Vida mínima de la bobina sin necesidad de revisiones de mantenimiento durante 5 años o 27 millones de pulsos.
  - >20.000 estimulaciones antes de calentamiento a temperatura ambiente de 20 ° C: Potencia media del 75% en 1pps.
  - Indicador led integrado en bobina para conocer el estado de activación/desactivación de disparo.
  - Ancho de pulso activo de 290  $\mu$ s.
- Bobina placebo doble cono con doble ciego para estudios de investigación y ensayos clínicos siendo activa y simulada con refrigeración dinámica. ”

Debe decir:

“El equipo deberá contar con las siguientes especificaciones mínimas:

.....

#### Bobina y refrigeración

- Bobina de doble cono con disparador manual integrado y sistema de refrigeración líquido dinámico que permita la estimulación a altas intensidades durante periodos prolongados con las siguientes características:
  - Vida mínima de la bobina sin necesidad de revisiones de mantenimiento durante 5 años o 27 millones de pulsos.
  - >20.000 estimulaciones antes de calentamiento a temperatura ambiente de 20 ° C: Potencia media del 75% en 1pps.
  - Indicador led integrado en bobina para conocer el estado de activación/desactivación de disparo.
  - Ancho de pulso activo de 290  $\mu$ s.
- Bobina placebo doble cono con doble ciego para estudios de investigación y ensayos clínicos siendo activa y simulada con refrigeración dinámica. “





2.-Efectuar una rectificación en el Anexo I en los siguientes términos:

Donde dice:

“JUICIO DE VALOR (sobre 2):

3.- Memoria técnica (45 Puntos):

.....

- Sistema y la bobina de doble cono y mariposa tienen CE terapéutico para el tratamiento de la depresión, adicciones y TOC: 15 puntos”

Debe decir:

“JUICIO DE VALOR (sobre 2):

3.- Memoria técnica (45 Puntos):

.....

- Sistema y la bobina de doble cono tienen CE terapéutico para el tratamiento de la depresión, adicciones y TOC: 15 puntos”

En Castellón, a fecha de la firma digital.

