

Dirección General de Planificación Económica
Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa

RESPUESTA A PREGUNTA REALIZADA EL 13 DE AGOSTO DE 2024

Expediente contratación	CS/99/1124043530/24/PA
Objeto del expediente contratación	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CON DESTINO A LOS HOSPITALES DE CORIA Y CAMPO ARAÑUELO DE NAVALMORAL DE LA MATA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

PREGUNTA REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EL 13/08/2024

Buenos días.

Nos gustaría solicitar por favor las siguientes aclaraciones las especificaciones requeridas: sobre el rango dinámico . Solicitamos una modificación a un mínimo de 155dB. Es un valor muy aproximado que no compromete la calidad del objeto de contrato.

Nº canales Head&Neck. Solicitamos sean aceptadas soluciones que presenten un valor de 16. entendemos que ese valor requerido se refiere a únicamente valores de la antena (no combinados con otros elementos).

Atentamente

RESPUESTA

Respuesta:

En coherencia con lo indicado en el Anexo I: “Los rangos de valores que se detallan en las fichas de características serán aproximados.” Es por lo que se someterá a consideración según la documentación que se aporte en su oferta.