

## **INFORME TÉCNICO**

**EXPEDIENTE:** PA SARA 439/2023

**OBJETO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DIAGNÓSTICO PARA EL NUEVO HOSPITAL D'ONTINYENT.

**LOTE:** 7. EQUIPO DE DIAGNÓSTICOS VESTIBULAR.

**EMPRESA A EVALUAR:** DIATEC SPAIN S.L.U. con CIF B86850344.

Tras revisar la documentación técnica apartada por la empresa se comprueba que **CUMPLE** con los requisitos mínimos exigidos en el pliego técnico.

### **1 SE VALORAN LOS REQUISITOS DE JUICIO DE VALOR PARA EL LOTE 7.**

<b>Licitador:</b>	<b>Diatec Spain S.L.U.</b>		
<b>Bloque 1:</b>	<b>Adecuación a las necesidades del Hospital</b>	Puntuación Máxima:	<b>20</b>
		Puntuación Empresa:	<b>12</b>
Puntuación Máxima del Apartado	Características generales de los equipos, facilidad de uso y ergonomía de estos	Valoración	Puntuación Empresa
5	Aportan las características generales en el manual	Notable	3,5
Puntuación Máxima del Apartado	Funcionalidad de los equipos y adecuación al uso previsto	Valoración	Puntuación Empresa
5	No aportan información relativa a este apartado	Insuficiente	0
Puntuación Máxima del Apartado	Calidad y prestaciones de los equipos	Valoración	Puntuación Empresa
5	Como prestaciones de los equipos detallan: La gafa VHIT permite intercambiar la cámara de ojo para realizar de forma indistinta las mediciones en el ojo izquierdo como en el derecho. Permite un ajuste manual del enfoque. Incorpora un sistema de almohadillas de espuma blanda desechable de un solo uso. Software el cual permite generar documentos PDF.	Notable	4
Puntuación Máxima del Apartado	Plan de Formación	Valoración	Puntuación Empresa
5	Cursos al personal médico, técnico y de enfermería. Contenidos adecuados a la función de cada uno de ellos. Propuesta de realización de curso técnico, para el personal técnico de Ingeniería biomédica de este Hospital (máximo 4 personas), con una duración mínima de 1 días (8 horas efectivas teórico-prácticas). Este curso se impartirá antes de finalizar el período de garantía, en el hospital o en las instalaciones de Diatec a cargo del Hospital. Se entrega	Excelente	4,5

	acreditación. Se detalla alcance, contenido, metodología y lugar de celebración.		
<b>Bloque 2:</b>	<b>Actuaciones durante el período de garantía</b>	Puntuación Máxima:	<b>5</b>
		Puntuación Empresa:	<b>1</b>
Puntuación Máxima del Apartado	Sistema de comunicación de incidencias	Valoración	Puntuación Empresa
1	No aportan información relativa a este apartado	Insuficiente	0
Puntuación Máxima del Apartado	Gestión de incidencias y asistencia técnica	Valoración	Puntuación Empresa
2	Solamente comentan que son los representante de Interacoustics en España, cuenta con todos los medios y materiales necesarios para la correcta puesta en marcha, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de dicha marca.	Suficiente	1
Puntuación Máxima del Apartado	Tiempos de respuesta y actuación	Valoración	Puntuación Empresa
2	No aportan información relativa a este apartado	Insuficiente	0
<b>Bloque 1 + Bloque 2 MAX 25 PUNTOS</b>			
<b>TOTAL, Puntuación Empresa:</b>	<b>13</b>		

En Xàtiva, a la fecha de la firma

LA INGENIERA TECNICA  
DE MANTENIMIENTO

D<sup>a</sup>. Celia Morell Talens