

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: PA SARA 439/2023

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DIAGNÓSTICO PARA EL NUEVO HOSPITAL D'ONTINYENT.

LOTE: 6. EQUIPOS DIAGNÓSTICOS PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA.

EMPRESA A EVALUAR: KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA S.A. con CIF A78936606.

Tras revisar la documentación técnica apartada por la empresa se comprueba que **CUMPLE** con los requisitos mínimos exigidos en el pliego técnico.

1 SE VALORAN LOS REQUISITOS DE JUICIO DE VALOR PARA EL LOTE 6.

Licitador:	KARL STORZ		
Bloque 1:	Adecuación a las necesidades del Hospital	Puntuación Máxima:	20
		Puntuación Empresa:	15,25
Puntuación Máxima del Apartado	Características generales de los equipos, facilidad de uso y ergonomía de estos	Valoración	Puntuación Empresa
5	Equipamiento compacto y compatible con una amplia gama de endoscopios ORL. Videoendoscopios con Luz Led integrada. Función estroboscópica de muy fácil uso, con conexión en el lateral derecho al micrófono de contacto y al pedal vía USB.	Excelente	4,75
Puntuación Máxima del Apartado	Funcionalidad de los equipos y adecuación al uso previsto	Valoración	Puntuación Empresa
5	Se pueden realizar todo tipo de exploraciones e intervenciones menores ORL, con altas prestaciones, también con la posibilidad de conexión de ópticas rígidas. Dispone de almacenamiento interno para los estudios, con posibilidad de exportar vía USB. Los videoendoscopios y cabezal de cámara cuentan con botones de control, permitiendo una autonomía muy relevante para el usuario.	Excelente	4,5
Puntuación Máxima del Apartado	Calidad y prestaciones de los equipos	Valoración	Puntuación Empresa
5	Bajo peso del equipo compacto, que facilitara su movilidad y ergonomía. Dispone de selección de filtros digitales para fibroscopios. Permite realizar actualización a futuros nuevos softwares. también permite configurar la pantalla táctil con las principales funciones. Garantizan un tiempo útil de funcionamiento (UPTIME) superior al 98%.	Notable	3,5
Puntuación Máxima del Apartado	Plan de Formación	Valoración	Puntuación Empresa

5	Suministrada la formación básica a los usuarios antes de la fecha de la firma del acta de recepción. Formación para Personal de Enfermería (nivel básico) 2h/6 asistentes. Formación para Personal Médico/Facultativo (nivel Avanzado) 2h/6 asistentes. Existirá soporte formativo continuado al personal sobre los equipos y sistema. Se entregará acreditaciones para los asistentes. Impartido por personal propio y no se especifica los contenidos.	Suficiente	2,5
Bloque 2:	Actuaciones durante el período de garantía	Puntuación Máxima:	5
		Puntuación Empresa:	2,6
Puntuación Máxima del Apartado	Sistema de comunicación de incidencias	Valoración	Puntuación Empresa
1	No indican un sistema de comunicación de incidencias. Simplemente aportan información relativa de estructura de servicio y las direcciones de servicios técnicos (Madrid y Barcelona).	Insuficiente	0
Puntuación Máxima del Apartado	Gestión de incidencias y asistencia técnica	Valoración	Puntuación Empresa
2	Trabajo estará documentado con parte de trabajo de Storz. Durante periodo de garantía se realizaran; Mantenimientos preventivos, actualizaciones, control/regulación/vigilancia, correctivo y TL. La cobertura del servicio técnico será de lunes a viernes en horario de 8:00 a 18:00.	Notable	1,4
Puntuación Máxima del Apartado	Tiempos de respuesta y actuación	Valoración	Puntuación Empresa
2	El tiempo de respuesta técnica, durante el periodo de garantía será inferior a 24 horas, dentro de la jornada laboral, desde la comunicación de la incidencia técnica. No especifica tiempos de asistencias, ni actuación. Cesión de equipos en caso de avería superior a 48h.	Suficiente	1,2

	Bloque 1 + Bloque 2 MAX 25 PUNTOS
TOTAL, Puntuación Empresa:	17,85

En Xàtiva, a la fecha de la firma

LA INGENIERA TECNICA
DE MANTENIMIENTO

D^a. Celia Morell Talens