

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: PA SARA 439/2023

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE DIAGNÓSTICO PARA EL NUEVO HOSPITAL D'ONTINYENT.

LOTE: 4. EQUIPOS PARA DIAGNÓSTICO UTERINO.

EMPRESA A EVALUAR: OPTOMIC ESPAÑA, S.A con NIF nº A81519423.

Tras revisar la documentación técnica apartada por la empresa se comprueba que **CUMPLE** con los requisitos mínimos exigidos en el pliego técnico.

1 SE VALORAN LOS REQUISITOS DE JUICIO DE VALOR PARA EL LOTE 4.

Licitador:	OPTOMIC		
Bloque 1:	Adecuación a las necesidades del Hospital	Puntuación Máxima:	20
		Puntuación Empresa:	13,25
Puntuación Máxima del Apartado	Características generales de los equipos, facilidad de uso y ergonomía de estos	Valoración	Puntuación Empresa
5	Simplemente detallan características generales del equipo.	Suficiente	3
Puntuación Máxima del Apartado	Funcionalidad de los equipos y adecuación al uso previsto	Valoración	Puntuación Empresa
5	Solamente aportan fichas técnica del equipo ofertado.	Suficiente	3
Puntuación Máxima del Apartado	Calidad y prestaciones de los equipos	Valoración	Puntuación Empresa
5	Declaraciones de conformidad de todos los equipos ofertados.	Notable	3,5
Puntuación Máxima del Apartado	Plan de Formación	Valoración	Puntuación Empresa
5	Se ofrece un programa de formación para el personal del servicio médico y del servicio técnico/mantenimiento. Duración de 4 horas por curso, máximo 20 personas. Se impartirá donde se instale la unidad y la fecha que se estipule. Desglasan dos cursos, con el contenido que se impartirá.	Notable	3,75

Bloque 2:	Actuaciones durante el período de garantía	Puntuación Máxima:	5
		Puntuación Empresa:	2,5
Puntuación Máxima del Apartado	Sistema de comunicación de incidencias	Valoración	Puntuación Empresa
1	Aportan horario de atención del servicio técnico. Contacto del responsable de servicio técnico OPTOMIC y teléfonos/ubicaciones de las delegaciones.	Notable	0,7
Puntuación Máxima del Apartado	Gestión de incidencias y asistencia técnica	Valoración	Puntuación Empresa
2	No presentan memoria técnica específica con esta información	Insuficiente	0
Puntuación Máxima del Apartado	Tiempos de respuesta y actuación	Valoración	Puntuación Empresa
2	Tiempo de respuesta desde el aviso de avería para la primera intervención 24 horas. Tiempo de resolución de la avería 2 días. Tiempo de disponibilidad del equipo 95 %	Excelente	1,8

	Bloque 1 + Bloque 2 MAX 25 PUNTOS
TOTAL, Puntuación Empresa:	15,75

En Xàtiva, a la fecha de la firma

LA INGENIERA TECNICA
DE MANTENIMIENTO

D^a. Celia Morell Talens