

Informe de valoración técnica expediente 946/2024

Lote 1. MORCELADOR.

DORNIER MEDTECH ESPAÑA, S.L.

Evaluación equipo: marca Hawk, modelo YSB-III.

Orden nº 2. Criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor: valor máximo 34 puntos.

Concepto		Puntuación
Unidad de control	Velocidad máxima >1200r/min	10
	Succión $\geq 0,08$ Mpa	5
	Potencia ≥ 100 Watts	4
Pedal	Resistente a líquidos	2
	Ajuste de velocidades	3
Pieza de mano	Giro rotacional oscilante	3
	Motor sin escobillas	1
	Resistente a líquidos	2
	Acoplamiento rápido de cuchillas	3
	Potencia del motor ≥ 40 watts	1
	TOTAL	34

Total de puntuación: **34 puntos.**

Conclusión del informe: el equipo evaluado cumple con los requisitos del expediente. En todos los parámetros valorables se le asigna la máxima puntuación por cumplir satisfactoriamente con las exigencias funcionales y técnicas.

Fdo. Alberto Budía Alba.
Jefe de Servicio de Urología.

Valencia a 29 de julio de 2024