

CORRECCIÓN DE ERRORES

PA-CS-1192-2024

CONTRATO DE SERVICIOS, SOCIALMENTE RESPONSABLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE, DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE RADIOLOGÍA, HEMÓDIALISIS Y ALTA TECNOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES

En el ANEXO I en el apartado LL N.º Orden 3 (pág. 27)

DONDE DICE

Se evaluará la disponibilidad del equipo en condiciones de funcionamiento operativo ofrecida, que supongan ventajas adicionales a lo exigido en el PPT para cada uno de los lotes.

Para los lotes 1 al 7 y lotes 12, 16 y 17: MÍNIMO 95 %

Disponibilidad del equipo	Puntos
Igual a 95%	0
Mayor a 95% y menor a 96%	1
Mayor a 96% y menor a 97%	2
Mayor a 97% y menor a 98,5%	3
Mayor a 98,5%	5

Para los lotes 8 al 11 y lotes 13 al 15: MÍNIMO 98 %

Disponibilidad del equipo	Puntos
Igual a 98%	0
Mayor a 98%	5

DEBE DECIR

Se evaluará la disponibilidad del equipo en condiciones de funcionamiento operativo ofrecida, que supongan ventajas adicionales a lo exigido en el PPT para cada uno de los lotes.

Para los lotes 1 al 7 y lotes 12, y 16 : MÍNIMO 95 %

Disponibilidad del equipo	Puntos
Igual a 95%	0
Mayor a 95% y menor a 96%	1

Mayor a 96% y menor a 97%	2
Mayor a 97% y menor a 98,5%	3
Mayor a 98,5%	5

Para los lotes 8 al 11 y lotes 13 al 15 y 17:MINIMO 98 %

Disponibilidad del equipo	Puntos
Igual a 98%	0
Mayor a 98%	5

La evaluación de lass ofertas se realizara en base a las tablas y tramos de disponibilidad expresados.

La presente corrección no afecta al plazo de presentación de ofertas.