

CORRECCIÓN DE ERRORES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN MONITOR HEMODINÁMICO PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA, UN ECÓGRAFO PARA EL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA, UN DESFIBRILADOR PARA LA UCI, Y UN RESPIRADOR PORTÁTIL PEDIÁTRICO Y UN TEST DEL SUDOR PARA EL SERVICIO DE PEDIATRÍA.

EXPEDIENTE: CS/05/1124032628/24/PAS

En relación al expediente referenciado, se procede a efectuar la siguiente **corrección de errores en el PPT (LOTE 1)**:

1. Pliego de Prescripciones Técnicas (Página 5)

Donde dice:

Características mínimas.

- Se incluirá pantalla remota exterior de al menos 19” para la visualización de los parámetros adquiridos por el monitor ubicado dentro de la sala de RM, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta conexión con dicho monitor, con comunicación inalámbrica entre ambos.

Debe decir:

Características mínimas.

- Se incluirá pantalla remota exterior de al menos 15” para la visualización de los parámetros adquiridos por el monitor ubicado dentro de la sala de RM, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta conexión con dicho monitor, con comunicación inalámbrica entre ambos.

2. Pliego de Prescripciones Técnicas (Página 6)

Donde dice:

Accesorios

- Se incluirán todos los accesorios necesarios para que el monitor pueda adquirir todos los parámetros de monitorización del paciente (pediátrico, adulto y neonato).
- Carro de soporte con cesto y brazo (posibilidad de colocación de humidificador).
- Maletín de transporte.

CS/05/1124032628/24/PAS

1/2

FIRMADO POR	FRANCISCO MANUEL CARREÑO RODRIGUEZ - Jefe de Servicio	11/06/2024 08:45:06	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	FDSESKXNRMU5QCCVF8AKHGK85SEH7L	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	



Debe decir:

Accesorios

- Se incluirán todos los accesorios necesarios para que el monitor pueda adquirir todos los parámetros de monitorización del paciente (pediátrico, adulto y neonato).
- Carro de soporte con cesto y brazo

En consecuencia de lo anterior, se procede a publicar el presente documento en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En Cáceres, a fecha de la firma electrónica.
EL JEFE DE SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES
Fdo.: Francisco Manuel Carreño Rodríguez.

CS/05/1124032628/24/PAS

2/2

FIRMADO POR	FRANCISCO MANUEL CARREÑO RODRIGUEZ - Jefe de Servicio	11/06/2024 08:45:06	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	FDSESKXNRMU5QCCVF8AKHGK85SEH7L	https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf	

