



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I HOSPITAL  
B COMARCAL INCA

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚM.:** HCICA 02/22 - ICASU 2022/30022  
**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTROS  
**OBJETO:** Sistema de monitorización para el paritorio del Hospital Comarcal de Inca  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** Directora Gerente Hospital Comarcal d'Inca

## Acta de la sesión de la Mesa de Contratación

### Identificación de la sesión

Núm.: 3

Carácter: Ordinario

Fecha: 22/08/2022

Hora: 12:00 horas

Lugar: Sala de reuniones del Hospital Comarcal d'Inca

### Asistentes

- Francisco Ferrer Sancho, presidente
- Juan Alemany Mascaró, secretario, asiste con voz pero sin voto
- Javier Ureña Morales, vocal de Asesoría Jurídica
- Margarita Bujosa Pocoví, vocal de Intervención
- María del Carmen Bosh Calero, vocal suplente del órgano promotor

### Orden del día

- Aprobación del acta de la sesión anterior.
- Lectura y aprobación de Informe de valoración de criterios objetivos.



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I HOSPITAL  
B COMARCAL INCA  
/

- Valoración definitiva del "Sobre N°2: Proposición evaluable mediante la aplicación de fórmulas".
- Propuesta de adjudicación, en su caso.
- Ruegos y preguntas.

### **Desarrollo de la sesión**

El presidente abre la sesión y da la bienvenida a los representantes de las empresas licitadoras.

#### **1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior**

Según manifiestan los miembros de la mesa, todos han recibido con antelación junto con la convocatoria de la sesión, el acta de la sesión anterior, que han podido leer y examinar con detalle, y ninguno propone ninguna modificación al respecto.

#### **2. Lectura y aprobación de Informe de valoración de criterios objetivos**

El órgano promotor presenta Informe de valoración de criterios objetivos donde da por buena la documentación presentada por Dextro Medica, S.L. y Hospital Hispania, S.L.

Propone la exclusión de Arjo Iberia, S.L. por incumplimiento de la documentación anexa solicitada en el PPT.

La Mesa al valorar el Informe de valoración de criterios objetivos del órgano promotor decide la propuesta de exclusión de Arjo Iberia, S.L.

#### **3. Valoración definitiva de ofertas**

Se procede a la elevación a definitiva las valoraciones provisionales, que resulta en los siguientes términos:



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I HOSPITAL  
B COMARCAL INCA

LICITADORES		Dextro Medica	Hospital Hispania
1.)	Oferta económica	30,07	35,67
2.)	Nº de años de ampliación de la garantía por encima del mínimo obligatorio.	1	6
3.a.)	Posibilidad de configuración del sistema.	4	4
3.b.)	Nuevas variables.	2	2
4.)	Central de monitorización que permita el trabajo remoto sobre el equipamiento. Acceso remoto a monitores fetales. Visualización de pantalla del monitor fetal.	6	6
5.a.)	Disponibilidad horaria de asistencia técnica en fin de semana.	0	2
5.b.)	Disponibilidad de Intervención física de averías en fin de semana.	0	0
6.)	Monitor fetal con capacidad de almacenar internamente las trazas para enviar en el momento que haya conectividad con la central.	5	5
7.)	Central con partograma configurable en formato y contenido.	5	5
8.)	Conectividad LAN entre central y monitores.	4	4
9.)	Monitor fetal con capacidad de medir la frecuencia cardiaca materna sin necesidad de sensor adicional SPO2.	3	3
10.)	Monitor fetal con pantalla táctil.	3	3



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I HOSPITAL  
B COMARCAL INCA

11.)	Monitor fetal con compatibilidad con la telemetría inalámbrica Philips Avalon CL. O, en su defecto, sistemas de telemetría inalámbrica y sin cables (3 unidades + 1 u.).	3	3
12.)	Provisión de sondas PIU, ECG materno y ECG fetal sin coste adicional.	0	2
13.)	Monitor fetal y telemetrías con detección automática de canales. Detección automática de transductores conectados sin conector prefijado siendo intercambiables entre todos los puertos.	2	0
14.)	Monitor fetal con posibilidad de instalar sistemas automáticos de evaluación del estado fetal.	2	2
15.)	Central con módulo partograma que permita la exportación de hoja fin de parto PDF configurable en formato y contenido.	2	2
16.)	Sistema de diferenciación entre modos de alarma anteparto e intraparto.	2	2
17.)	Transductores inalámbricos con transmisor interno y capacidad para determinar la PIU y que permita la monitorización de la PIU.	2	2
18.)	Peso total de los 8 monitores	2	1,45
<b>TOTAL</b>		78,07	90,12

#### 4. Propuesta de adjudicación, en su caso.

De acuerdo con los términos anteriores expuestos, se procede a la propuesta de adjudicación por parte de la mesa.

#### Acuerdos

1. Aprobar el acta de la sesión anterior.



G CONSELLERIA  
O SALUT  
I HOSPITAL  
B COMARCAL INCA  
/

2. Proponer la exclusión a la licitadora Arjo Iberia, S.L. en base a los motivos propuestos en el Informe de valoración de criterios objetivos del órgano promotor.
3. Elevar a definitivas las valoraciones de la sesión anterior.
4. Proponer la adjudicación a la empresa Hospital Hispania, S.L., con NIF B59078071.

El presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario, extendiendo este acta.

Juan Alemany Mascaró

El secretario

Francisco Ferrer Sancho

El presidente

Javier Ureña Morales

Vocal de Asesoría Jurídica

Margarita Bujosa Pocoví

Vocal de Intervención

María del Carmen Bosch Calero

Vocal suplente del órgano promotor

