

## INFORME TECNICO

Nº EXPEDIENTE: PAS 133/ 2024

OBJETO: Adquisición lámparas quirófanos 4 y 5 Hospital Lluís Alcanyis de Xàtiva

EMPRESA A VALORAR PROVAQUIL S.L.

NIF B96211073

Tras valorar la documentación técnica presentada por la empresa se comprueba el cumplimiento del PPT y si se considera apta, se procede a valorar los criterios de Juicio de valor

La oferta presentada cumple todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones y en el juicio de valor se le otorga una puntuación de 25 puntos ya que la presentación es detallada y las características técnicas de los equipos ofertados cumplen con las máximas que se pueden esperar de equipos de alta calidad, tras valorar la ergonomía y facilidad de movimientos de los brazos, intensidad luminosa, niveles de regulación de intensidad, índice de reproducción cromática IRC y de reproducción de rojos R9, diseño de cúpula en spots o aspas para favorecer el flujo laminar, vida útil de los leds, características y calidad de los monitores, características y calidad de la cámara de video y calidad de las propuestas de adecuación de video presentadas.

En Xàtiva a 10 de Mayo de 2024

**JEFE DEL SERVICIO**

**D.** José Angel Tecles Tomás