



G CONSELLERIA
O TERRITORI, ENERGIA
I MOBILITAT
B SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: CONTR 2019 2341

TIPUS DE CONTRACTE: subministrament

OBJECTE: subministrament de diversos equips per al Laboratori de l'Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Conseller de Territori, Energia i Mobilitat

Identificació de la sessió

Núm.: 1 – segona part

Caràcter: ordinària

Data: 7 de maig de 2019

Horari: 12:00 a 14:30 H

Lloc: Sala de Juntes de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (C/ de la Palma, 4, 4^a planta, Palma)

Assistents:

- Antònia Torres Costa, cap del Departament de Secretaria General, presidenta en suplència.
- Bàrbara Marquès Domingo, cap del Servei de Contractació, secretària.
- Daniel Eugenio Albertí, cap del Servei de Gestió Jurídica Econòmica, vocal.
- Rafael Serra Serra, cap de Secció del Servei Jurídic, vocal.
- José Carlos Cerro Garrido, cap del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, vocal del Servei Promotor.

Ordre del dia

1. Acte d'obertura oferta criteris avaluables automàticament (sobre únic)
2. Esmena documentació administrativa
3. Acte de valoració oferta criteris avaluables automàticament
4. Proposta d'adjudicació

Desenvolupament de la sessió

Quan són les 12:30 hores es reuneixen els membres de la Mesa. La Mesa queda vàlidament constituïda d'acord amb l'article 326 de la LCSP, i la presidenta, d'acord amb l'ordre del dia, ordena reprendre la sessió de la Mesa 1 i d'acord amb l'ordre del dia els membres de la mesa passen a revisar la documentació administrativa



presentada per les empreses SERVIQUIMIA SL i VIDRA FOC SA per esmenar les deficiències detectades en la primera part de Mesa el dia 2 de maig.

Revisada la documentació presentada ambdues empreses han presentat correctament l'annex 1 declaració responsable, el sobre i el document estan correctament signats electrònicament per els apoderats de les empreses per la qual cosa la Mesa acorda admetre a la licitació a ambdues empreses:

- SERVIQUIMIA SL, NIF B43781525: Lot 1 i Lot 2.
- VIDRA FOC SA, NIF A08677841: Lot 2

A continuació la mesa procedeix a revisar la resta de la documentació presentada dins els sobre únic per a les empreses amb el resultat següent:

Lot 1: subministrament d'una vitrina d'extracció de gasos per al Laboratori de l'atmosfera. Han presentat oferta les empreses GENOCHEMWORLD SL i SERVIQUIMIA SL.

SERVIQUIMIA SL:

OFERTA ECONÒMICA

Oferta sense iva	Iva 21 %	Oferta amb iva
8.475,00 €	1.779,75 €	10.254,75 €

CRITERIS TÈCNICS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS EVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA

Característiques ambientals	
% de material reciclat utilitzat per a la fabricació de l'equip	50
% de material reciclable en la composició de l'equip	80
Consumo elèctric de l'equip (kW)	0.55
Termini de garantia	
Ampliació del termini de garantia (en anys addicionals als 2 de base)	2

Presenta descripció d'una vitrina de gasos codi CP1155EN.

GENOCHEMWORLD SL:

OFERTA ECONÒMICA

Oferta sense iva	Iva 21 %	Oferta amb iva
8.900,00 €	1.869,00 €	10.769,00 €

Característiques ambientals	
% de material reciclat utilitzat per a la fabricació de l'equip	304
% de material reciclable en la composició de l'equip	304
Consumo elèctric de l'equip (kW)	0,5
Termini de garantia	
Ampliació del termini de garantia (en anys addicionals als 2 de base)	1

Presenta la descripció tècnica i professional B de l'equip FH1500(x).

Lot 2: Subministrament de una termodesinfectadora per al Laboratori de l'Atmosfera.

Han presentat oferta les empreses ANTONIO MATACHANA SA, SERVIQUIMIA SL, STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN **SL** i VIDRA FOC SA.

ANTONIO MATACHANA SA:

OFERTA ECONÒMICA

Oferta sense iva	Iva 21 %	Oferta amb iva
9.500,00 €	1.995,00 €	11.495,00 €

CRITERIS TÈCNICS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS EVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA

Característiques ambientals	
% de material reciclat utilitzat per a la fabricació de l'equip	0%
0%	80
Consumo elèctric de l'equip (kW)	2,5KW/cicle
Consum d'aigua de l'equip (litres mínims/rentat)	19 litres 18,5
Termini de garantia	
Ampliació del termini de garantia (en anys addicionals als 2 de base)	0

Presenta descripció d'una rentadora desinfectadora baix taula MAT LD90

SERVIQUIMIA SL:

OFERTA ECONÒMICA

Oferta sense iva	Iva 21 %	Oferta amb iva
9.672,84 €	2.031,30 €	11.704,14 €

CRITERIS TÈCNICS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS EVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA

Característiques ambientals	
% de material reciclat utilitzat per a la fabricació de l'equip	50
% de material reciclable en la composició de l'equip	80
Consumo elèctric de l'equip (kW)	7
Consum d'aigua de l'equip (litres mínims/rentat)	40 litres/min
Termini de garantia	
Ampliació del termini de garantia (en anys addicionals als 2 de base)	0

Presenta descripció tècnica d'una rentadora de vidre de laboratori amb sistema d'eixugat GW4060S.

STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN SL

OFERTA ECONÒMICA

Oferta sense iva	Iva 21 %	Oferta amb iva
8.534,00 €	1.792,14 €	10.326,14 €

CRITERIS TÈCNICS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS EVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA

Característiques ambientals	
% de material reciclat utilitzat per a la fabricació de l'equip	60%
0%	100%
Consumo elèctric de l'equip (kW)	5,6 KW
Consum d'aigua de l'equip (litres mínims/rentat)	12 litres fase rentat
Termini de garantia	
Ampliació del termini de garantia (en anys addicionals als 2 de base)	1 any d'ampliació

Presenta descripció d'una rentadora de vidre de laboratori LAB 500 DRSD.

VIDRA FOC SA

OFERTA ECONÒMICA

Oferta sense iva	Iva 21 %	Oferta amb iva
9.828,00 €	2.063,88 €	11.891,88 €

CRITERIS TÈCNICS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS EVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA

Característiques ambientals	
% de material reciclat utilitzat per a la fabricació de l'equip	20%
% de material reciclable en la composició de l'equip	10%
Consum elèctric de l'equip (kW)	Potència nominal: 9,3 Kw Consum progr. Standard: 1,7 Kwh
Consum d'aigua de l'equip (litres mínims/rentat)	Programa Standard: Litres aigua freda 5,0 Calenta 14,0 Desmineralitzada 18,5
Termini de garantia	
Ampliació del termini de garantia (en anys addicionals als 2 de base)	0

Presenta descripció d'una rentadora desinfectadora amb dosificació de líquid, eixugat DryPlus i supervisió de la conductivitat model PG 8593.

Seguidament la Mesa procedeix a valorar les ofertes presentades amb el resultat següent:

Valoració de les ofertes del Lot 1

En primer lloc es revisen les descripcions presentades per les empreses dels equips ofertats, atès que d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars els equips ofertats han de complir la totalitat del plec de prescripcions tècniques i que d'acord amb el punt C del PCAP la no presentació o incompliment del PPT determinarà l'exclusió del licitador del procediment.

El vocal del servei promotor informa que l'equip ofertat per ServiQuímia SL compleix amb el plec de prescripcions tècniques i que l'oferta de Genochem World no compleix amb el plec de prescripcions tècniques per els motius següents:

- El plec de prescripcions tècniques exigeix una profunditat d'entre 90 i 110 cm i la profunditat de l'equip ofertat és de 84 cm.
- L'altura de la superfície de treball ha de ser de 90 cm i la de l'equip ofertat és de 75 cm.
- A la descripció de l'equip ofertat no es fa referència al compliment o no de la norma UNE 14175-7, ni a l'enllumenat interior.

La Mesa acorda l'exclusió de l'empresa GenoChemWorld SL de la licitació, d'acord amb el que disposa el punt C del quadre de característiques del contracte.



Seguidament els membre de la Mesa comproven que la oferta presentada per Serviquimia SL no presenta un valor anormal.

La Mesa atorga a Serviquimia SL, la puntuació ponderada de 100 %.

Valoració de les ofertes del Lot 2:

En primer lloc la Mesa comprova que totes les empreses licitadores compleixen el plec de prescripcions tècniques i comproven que cap de les ofertes presentades presenta un valor anormal, per la qual cosa procedeixen a valorar les ofertes presentades, aplicant els criteris continguts en el plec de clàusules administratives particulars amb el resultat següent:

Lot 2		Antonio Matachana SA				Steelco España Soluciones Integrales en Esterilización SL				Serviquimia SL				Vidrafoc				
	máximo	Ofert	Punts	Promig Punts	%	Ofert	Punts	Promig Punts	%	Ofert	Punts	Promig Punts	%	Ofert	Punts	Promig Punts	%	
Oferta Económica (con IVA)	65%	9.500,00 €	8,98		58,39	8.534,00 €	10,00		65	9.672,84 €	8,82		57,35	9.828,00 €	8,68		56,44	
Valor tècnic i ambiental	20%	% material reciclat	0	0,00	4,08	8,16	60	10,00	8,62	17,23	50	8,33	5,73	11,45	20	3,33	2,56	5,11
		% material reciclable	0	0,00			100	10,00			80	8,00			10	1,00		
		consum elèctric (kW)	2,5	10,00			5,6	4,46			7	3,57			9,3	2,69		
		consum aigua (l/cicle)	19	6,32			12	10,00			40	3,00			37,5	3,20		
Ampliació període garanti (anys)	15%	0	0,00		0,00	1	10,00		15,00	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00	
Total					66,55				97,23				68,80				61,55	

Acords

1. Admetre a la licitació a les empreses següents:

- SERVIQUIMIA SL, NIF B43781525: Lot 1 i Lot 2.
- VIDRA FOC SA, NIF A08677841: Lot 2.

2. Excloure de la licitació a l'empresa ChenoChem Worl SL, d'acord amb el que disposa el punt C, del plec de clàusules administratives particulars, sobre la documentació relativa als criteris d'adjudicació, atès que l'equip ofertat no compleix el plec de prescripcions tècniques per els motius següents:

- El plec de prescripcions tècniques exigeix una profunditat d'entre 90 i 110 cm i la profunditat de l'equip ofertat és de 84 cm.
- L'altura de la superfície de treball ha de ser de 90 cm i la de l'equip ofertat és de 75 cm.
- A la descripció de l'equip ofertat no es fa referència al compliment o no de la norma UNE 14175-7, ni a l'enllumenat interior.

3. Proposar al conseller de Territori, Energia i Mobilitat l'adjudicació del contracte de subministrament d'una vitrina d'extracció de gasos per al Laboratori de l'Atmosfera (Lot 1), a l'empresa SERVIQUIMIA SL, amb NIF B43781525, per un preu de vuit mil quatre-cents setanta-cinc euros sense iva (8.475,00 €) i una despesa màxima de deu



mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb setanta-cinc cèntims iva inclòs (10.254,75 €), que ha obtingut una puntuació ponderada de 100.

4. Classificar a les empreses que han licitat al Lot 2 amb l'ordre decreixent següent:

- Steelco España Soluciones integrales en Esterilización SL, NIF B87871422, 97,23 %.
- Serviquimia SL, NIF B43781525, 66,80 %
- Antonio Matachana SA, NIF A08238578, 65,55 %.
- Vidra Foc SA, NIF A08677841, 61,55 %.

5. Proposar al conseller de Territori, Energia i Mobilitat l'adjudicació del contracte de subministrament d'una termodesinfectadora per al Laboratori de l'Atmosfera (Lot 2), a l'empresa STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN SL, amb NIF B87871422, per un preu de vuit mil cinc-cents trenta quatre euros sense iva (8.534,00 €) i una despesa màxima de deu mil tres-cents vint-i-sis euros amb catorze cèntims iva inclòs (10.326,34 €) que ha obtingut una puntuació ponderada de 97,23.

5. Publicar aquesta acta en el perfil del contractant.

La presidenta aixeca aquesta sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta, la qual després d'haver estat llegida i conformada per tots els assistents la signen

La secretària

La presidenta