



Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA



De: RRMM D. Enfermería

A: SUMINISTROS

Asunto: Informe técnico Expediente N.º 55/24/SD/DG/C6/E043

Respecto al expediente de contratación N.º 55/24/SD/DG/C6/E043 para el “SUMINISTRO DE APÓSITO LÁMINA POLIURETANO” se recibe la documentación técnica y muestras presentadas por los licitadores admitidos para su valoración y una vez analizada esta información se concluye que:

CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LICITADOR	MOTIVO
BARNA IMPORT MEDICA, S.A. (LOTE 1 y 2)	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.
EMPRENDE SOLUCIONES Y SERVICIOS 33, S.L.U. (LOTE 1)	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.
MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L. (LOTE 1 y 2)	Cumple con todas las características técnicas solicitadas.

INCUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LICITADOR	MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO
FARMABAN, S.A. (LOTE 1 y 2)	<ul style="list-style-type: none">Se solicita “Libre de látex” y no es libre de látex, por lo que no cumple.
IBERIAN CARE 2016, S.L. (LOTE 1)	<ul style="list-style-type: none">Se solicita “Apósito de 10x12cm (±0,5cm) exento de látex” y la muestra mide 10x14cm, por lo que es más grande de lo solicitado y no cumple.

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA
Ctra. Rosario Nº 145
38010.- Santa Cruz de Tenerife
Tfno: 922 60 20 00 FAX: 922 60 23 62

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA LUISA PEREZ CANOVAS - ENFERMERA/O

Fecha: 23/07/2024 - 10:05:35

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0wJY1K7ybi6LCLvBztRKekTM1LnA8IxOR



El presente documento ha sido descargado el 24/07/2024 - 07:54:02