



PNSP AM 0041/2024/2005

SUMINISTRO DE GUANTES DE USO SANITARIO. AM: 43/2023

Código Seguro de Verificación CSV: P24C04YR0X0SCIG0T6IM6GT0KUQHVB5NRWT
Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24C04YR>



Lote 2. Par de guantes de cirugía, de látex, sin polvo, estériles		Módulo de Valoración	Máxima puntuación	Proveedor
CRITERIOS	MODO DE VALORACIÓN			
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10	IBERIAN CARE 2016, S.L.
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6	IBERIAN CARE 2016, S.L.
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5	IBERIAN CARE 2016, S.L.
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5	IBERIAN CARE 2016, S.L.
	Funcionalidad del envase unitario	Se valorará la facilidad de la apertura del sobre y acceso al guante para el enguantado	3	IBERIAN CARE 2016, S.L.
	Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información	3	IBERIAN CARE 2016, S.L.
	TOTAL JUICIOS DE VALOR			35
				12,00

IBERIAN CARE 2016, S.L.

NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.



Lote 4. Par de guantes de cirugía, de polícloropreno o neopreno, sin polvo, estériles		Máxima puntuación	IBERIA, S.L.U.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
CRITERIOS	MODO DE VALORACIÓN		BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	3,00	3,00
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	3,00	1,00
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	2,00	1,00
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	1,00	1,00
	Funcionalidad del envase unitario	Se valorará la facilidad de la apertura del sobre y acceso al guante para el enguantado	1,00	1,00
Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información	3	2,00	2,00
TOTAL JUICIOS DE VALOR		35	13,00	10,00
			35,00	

Lote 6. Par de guantes de cirugía, para protección radiológica, estériles			CEULOSAS VASCAS, S.L.
CRITERIOS	MODO DE VALORACIÓN	Máxima puntuación	
Dependientes de un juicio de valor	Adeptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5
	Funcionalidad del envase unitario	Se valorará la facilidad de la apertura del sobre y acceso al guante para el enguantado	3
	Funcionalidad del envase dispensador	Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento	3
		Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información	3
TOTAL JUICIOS DE VALOR			35
			35,00





Lote 9. Guantes de examen, de vinilo, sin polvo, no estériles		Máxima puntuación							
CRITERIOS	MODO DE VALORACIÓN								
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	10	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Facilidad de calzado	6	6,00	1,00	1,00	1,00	6,00	2,00	
	Sensibilidad al tacto	5	5,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	
	Firmeza prensil	5	5,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	
	Funcionalidad del envase dispensador		5	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00
			4	4,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00
TOTAL JUICIOS DE VALOR		35	35,00	14,00	8,00	12,00	35,00	9,00	

BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	FARMADOSIS, S.L.	GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	IBERIAN CARE 2016, S.L.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.
---------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------



Lote 11. Guantes de examen, de nitrilo, no estériles		MODO DE VALORACIÓN	Máxima puntuación												
Dependientes de un juicio de valor	Adaptabilidad anatómica	Se valorará el ajuste preciso en los dedos y manos y la compresión del puño, que permita confortabilidad	10												
	Facilidad de calzado	Se valorará el enguantado cómodo por ausencia de pliegues o adherencias del guante y por su revestimiento interior	6												
	Sensibilidad al tacto	Se valorará la capacidad táctil que permita destreza al usuario	5												
	Firmeza prensil	Se valorará la adherencia en relación con la textura exterior, que permita destreza al usuario, incluso en superficies húmedas	5												
	Funcionalidad del envase dispensador		Se valorará la facilidad en la dispensación del producto, sin enganches y con buen deslizamiento, así como que la extracción sea unitaria, sin adherencia entre guantes.	5											
			Se valorará la facilidad de lectura del etiquetado, así como el contenido de la información	4											
	TOTAL JUICIOS DE VALOR			35											
	4 GASAS, S.L.	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	CELULOSAS VASCAS, S.L.	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
FARMADOSIS, S.L.	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
GARRIC MEDICA, S.L.	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
IBERIAN CARE 2016, S.L.	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Aranda de Duero,

Firmado por: PATRICIA ORTEGO
 CALLADO
 En la fecha 28.06.2024 14:57:28 CEST
 Cargo: ENFERMERO/A

Patricia Ortego Callado
 Supervisora de Recursos Materiales



Código Seguro de Verificación CSV: P24CO4YR0X0SCIG0T6IMG6T0KUHVB5NRWT

Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24CO4YR>

PNSP AM 0041/2024/2005

SUMINISTRO DE GUANTE DE USO SANITARIO. AM: 43/2023

LOTE 2. PAR DE GUANTES DE CIRUGÍA, DE LÁTEX, SIN POLVO, ESTÉRILES.

- **IBERIAN CARE 2016, S.L.**
 1. Mala adaptabilidad en manos y puños, tallan pequeños.
 2. Enguantado incómodo y compresivo.
 3. Poca sensibilidad al tacto, no permite destreza al usuario.
 4. No dota de buena firmeza prensil, no aporta adherencia ni en superficies secas ni en húmedas.
 5. Según la talla, vienen presentaciones diferentes, lo que dificulta su identificación. Las tallas que presentan envoltorios de papel, este rompe con mucha facilidad, no permitiendo la salida íntegra de los guante, lo que puede provocar la manipulación excesiva del producto.
 6. Correcta facilidad de dispensación del producto.
 7. Correcta lectura del etiquetado.
- **NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.**
 1. Tallan pequeños, compresión excesiva manos y dedos.
 2. Al tallar pequeños, enguantado incómodo y compresivo.
 3. Poca sensibilidad al tacto, no permite destreza al usuario.
 4. Poca adherencia ante superficies secas y húmedas.
 5. Correcta apertura del envase.
 6. Correcta facilidad de dispensación del producto.
 7. Correcta lectura del etiquetado.

LOTE 4. PAR DE GUANTES DE CIRUGÍA, DE POLICLOREOPRENO O NEOPRENO, SIN POLVO, ESTÉRILES.

- **BARNA IMPORT MEDICA, S.A.**
 1. Correcta compresión de los puños, mal ajuste en zona digital.
 2. Correcto enguantado, ausencia de pliegues y adherencias.
 3. No permite una buena sensibilidad al tacto.
 4. Poca destreza ante superficies húmedas.
 5. Apertura dificultosa.
 6. Buena dispensación.
 7. Mala visualización de la talla.
- **MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA, S.L.U.**
 1. Ajuste preciso en manos, compresión confortable en el puño.
 2. Enguantado muy cómodo.
 3. Gran sensibilidad al tacto.
 4. Buena adherencia, aportan seguridad al usuario.
 5. Fácil apertura y fácil acceso al guante para un correcto enguantado.



6. Perfecta distinción de la talla así como de la información del etiquetado.

- **POLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.**

1. Tallan pequeño, mal ajuste en la zona interdigital, lo que no los hace confortables para su uso.
2. Aceptable enguantado, al tallar pequeño dificulta el enguantado.
3. Durante el uso, no proporciona una buena sensibilidad al tacto.
4. Permite el manejo de objetos sin deslizamiento, incluso ante situaciones con humedad.
5. Mala extracción del envase, presentando de forma habitual la salida de más de un guante.
6. No permite una identificación a simple vista de la talla correspondiente a cada caja (cuesta encontrar la talla de cada caja).

LOTE 11-GUANTES DE EXAMEN, DE NITRILO, NO ESTÉRILES.

- **4 GASA, S.L.**

1. Ajuste aceptable que permite una correcta confortabilidad.
2. Calzado del guante correcto, tras la extracción de la caja presenta pliegues.
3. Aceptable sensibilidad al tacto, permite una correcta destreza.
4. Correcta adherencia ante superficies secas que disminuye ante superficies húmedas.
5. Difícil extracción unitaria del guante (de forma habitual sale más de un guante de la caja, teniendo que sujetar los que quedan en el interior de la caja para no sacar más de uno).
6. Identificación clara del etiquetado así como de la talla.

- **BARNA IMPORT MEDICA, S.A.**

1. Ajuste aceptable que permite una correcta confortabilidad.
2. Calzado del guante correcto.
3. Aceptable sensibilidad al tacto, permite una correcta destreza.
4. Correcta adherencia ante superficies secas y húmedas.
5. Buena extracción de los guantes de forma unitaria, con escasa adherencia entre guantes.
6. Identificación clara del etiquetado así como de la talla.

- **CELULOSAS VASCAS, S.L.**

1. Tallan pequeño, comprimen en exceso no permitiendo confortabilidad.
2. Al tallar pequeño, dificulta su calzado, pero no presentan pliegues ni adherencias.
3. Guante grueso en la zona distal digital, no permite una buena sensibilidad al tacto.
4. Correcta adherencia ante superficies secas que disminuye ante superficies húmedas.
5. Con relativa frecuencia salen más de un guante a la vez.



6. Etiquetado poco claro, la talla aparece de forma muy pequeña, dificultando su lectura.

• **FARMADOSIS, S.L.**

1. Muy compresivo, dificulta la movilidad de la mano y dedos.
2. Dificil calzado, con arrugas. No ajustan bien en la zona interdital.
3. Baja sensibilidad al tacto.
4. Correcta adherencia ante superficies secas que disminuye ante superficies húmedas.
5. Dificil extracción unitaria del guante.
6. No se diferencian bien las tallas, no presentan códigos de colores que a simple vista se puede identificar la talla.

• **GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.**

1. Ajuste aceptable que permite una correcta confortabilidad.
2. Calzado del guante correcto, tras la extracción de la caja presenta pliegues.
3. Baja sensibilidad al tacto, muy rígidos.
4. Correcta adherencia ante superficies secas que disminuye ante superficies húmedas.
5. Extracción correcta de los guantes.
6. Lectura correcta del etiquetado, código de colores para diferentes tallas.

• **GARRIC MEDICA, S.L.**

1. Buen ajuste tanto a la mano como a la zona interdital.
2. Enguantado cómodo sin presentar pliegues ni adherencias.
3. Buena capacidad táctil, permite buena destreza al usuario.
4. Correcta adherencia ante superficies secas y húmedas.
5. Buena extracción de los guantes de forma unitaria, con escasa adherencia entre guantes.
6. Identificación clara del etiquetado así como de la talla, presenta código de colores.

• **IBERIAN CARE 2016, S.L.**

1. Ajuste aceptable que permite una correcta confortabilidad.
2. Presentan algún pliegue, lo que dificulta su calzado.
3. Aceptable sensibilidad al tacto, permite una correcta destreza.
4. Correcta adherencia ante superficies secas y húmedas.
5. Con relativa frecuencia salen más de un guante a la vez.
6. Etiquetado correcto, identificación clara de la talla.

• **LABORATORIOS HARTMANN, S.A.**

1. Tallan pequeño, no ajustan bien en la zona interdital, poco confortables.
2. Al tallar pequeño, dificulta su calzado, pero no presentan pliegues ni adherencias.





3. Guante grueso en la zona distal digital, no permite una buena sensibilidad al tacto.
4. Poca adherencia aun en superficies secas.
5. Buena extracción de los guantes de forma unitaria, con escasa adherencia entre guantes.
6. Etiquetado correcto, impresión algo pequeña.

- **NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.**

1. Tallan pequeño, comprimen en exceso no permitiendo confortabilidad.
2. Al tallar pequeño, dificulta su calzado, pero no presentan pliegues ni adherencias.
3. Aceptable sensibilidad al tacto, permite una correcta destreza.
4. Poca adherencia aun en superficies secas.
5. Con frecuencia, al intentar extraer un guante, se extraen varios a la vez.
6. Etiquetado claro, la talla solo aparece en dos de las cuatro caras laterales del envase.

Firmado por: PATRICIA ORTEGO
CALLADO
En la fecha 28.06.2024 14:39:56 CEST
Cargo: ENFERMERO/A