

Servicio de Criminalística



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



CONTRATO DE SUMINISTROS

Objeto contrato:

ADQUISICIÓN DE KITS DE CERTEZA DE SANGRE HUMANA PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y LABORATORIOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA DE LA GUARDIA CIVIL.

INDICE

CONTRATO DE SUMINISTROS..... 1

2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES.....2

3. GARANTÍA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y FECHA DE CADUCIDAD2

4. FORMA DE HACER EFECTIVO EL SUMINISTRO Y RECEPCION DEL MATERIAL3

SERVICIO DE CRIMINALISTICA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)

1. OBJETO

Dotar al Departamento de Biología y a los laboratorios de Comandancia y Zona dependientes del Servicio de Criminalística de la guardia Civil de kits de presencia de sangre humana en distintas superficies para los análisis validados en las correspondientes instrucciones técnicas en el marco de la norma UNE-EN ISO/IEG 17025:2017 “Determinación Criminalística de identificadores de ADN y sustancias químicas en fluidos y tejidos humanos”

2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES

LOTE	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD
1	TEST FORENSE DE PRESENCIA DE SANGRE HUMANA (24 TEST POR CAJA)	272 CAJAS
2	MINIKIT FORENSE - TEST RAPIDO DE PRESENCIA DE SANGRE (2 botes de 125ml con 2 blíster de reactivos)	200 CAJAS

LOTE 1 CARACTERISTICAS:

Test forense para la detección de sangre humana (caja con 24 test). (De realización en los laboratorios)

La caja debe de componerse de 24 test con su tubo colector con el reactivo química para la muestra de sangre y barra de test correspondiente:

- Nivel de detección: sensibilidad para concentraciones de hemoglobina en el medio de transferencia desde 0,05 ng/μl.
- En la realización de la prueba deberá detectar sangre humana hasta una dilución en el medio de transporte de 1 : 2.000.000.

LOTE 2 CARACTERISTICAS:

Minikit forense, test rápido de presencia de sangre (para trabajo de campo, en escenarios delictivos)
La caja se compone de dos botes pulverizadores de agua destilada de 125ml como máximo, y dos blíster con dos reactivos, tipo pastilla para la realización de la mezcla (1x Hidróxido de sodio; 1x Peróxido de hidrógeno – Urea).

- Puede detectar rastros de sangre a simple vista hasta en diluciones de 1/10.000

3. GARANTÍA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y FECHA DE CADUCIDAD

La garantía será establecida durante el periodo de duración del contrato (24 meses desde el inicio del mismo), y conllevará la sustitución de los productos suministrados por la empresa adjudicataria cuando alguno de ellos posea algún defecto en la fabricación, ya sea al recepcionarlo o al usarlo, siendo sustituido por otro igual en perfectas condiciones.

La fecha de caducidad del producto será de un mínimo de 12 meses desde la fecha de recepción o el incremento ofertado por el adjudicatario sobre el mínimo exigido.

4. FORMA DE HACER EFECTIVO EL SUMINISTRO Y RECEPCION DEL MATERIAL

La recepción del presente material una vez adjudicado, se realizará en el Departamento de Biología del Servicio Criminalística de la D.G.G.C. C/ Guzmán del Bueno 110, 28003 Madrid, en horario laboral de 09:00 a 14 horas.

Madrid, de de 20
**EL DIRECTOR TÉCNICO DEL
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA**

Vº. Bº.
EL JEFE DEL SERVICIO

JOSE LUIS HERRAEZ MARTIN - 2024-04-18 14:45:10 CEST, cargo=Coronel Jefe Servicio de Criminalística
CARLOS MANUEL LOPEZ CUBRIA - 2024-04-18 11:19:07 CEST, cargo=director técnico del dpto. de Biología del SECRIM
Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante GSV: OIP_JILNFP9XZMX3LU9L6X9GK445LEBZ9 en <https://www.pap.hacienda.gob.es>