

Fecha: 05 de octubre de 2023


De: Dirección Enfermería de Atención Primaria Sector Huesca

A: Unidad Técnica Exp. SAS\_HU\_2023\_29

Asunto: Informe técnico complementario al informe de fecha 26 de septiembre de 2023 del procedimiento abierto simplificado abreviado de suministros SAS\_HU\_2023\_29 "Diverso equipamiento con destino a diferentes centros sanitarios de Atención Primaria del Sector de Huesca "

Revisadas las ofertas del lote 12: "Desfibrilador semiautomático" del expediente arriba referenciado, se observa un error en la valoración de la oferta de SCHILLER ESPAÑA S.A.U. El equipo ofertado por la empresa sí que dispone de modo pediátrico integrado sin necesidad de cambio de electrodos, por lo que la oferta cumple las prescripciones mínimas obligatorias del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Con referencia al resto de ofertas del lote, se ratifica la valoración realizada en el informe de fecha 26 de septiembre de 2023.



Fdo. Miriam Cabellud Lasierra  
Dirección de Atención Primaria Huesca